

Stomatologické soupravy pro klinickou výuku studentů pro LF MU		
TECHNICKÉ PODMÍNKY technická specifikace stanovená zadavatelem		TECHNICKÁ SPECIFIKACE NABÍZENÉHO PLNĚNÍ technická specifikace nabízená účastníkem
Popis parametru  (Nabídka účastníka musí splňovat všechny níže uvedené požadavky a parametry specifikace. U parametrů vymezených minimální nebo maximální úrovní nebo rozmezím hodnot, musí nabídka uchazeče vyhovět alespoň stanovené požadované úrovni.)	Zadavatelem požadovaná hodnota	<p>Pokud je zadavatelem po účastníkovi vyžadováno pouze uvedení, zda je příslušný požadovaný parametr splněn, pak účastník uvede ANO, že parametr splňuje)</p> <p>Pokud je zadavatelem u technického parametru požadován bližší popis nebo určení specifikace, pak je účastník povinen uvést bližší popis, výčet vlastností, konkrétní údaj nebo rozmezí hodnot jím nabízeného zboží</p> <p>Z údajů uvedených účastníkem musí být zřejmé, že uchazečem nabízené zboží splňuje minimální technické požadavky stanovené zadavatelem - uchazeč uvede splnění požadovaného parametru ověřitelným způsobem, např. uvedením konkrétních hodnot, případně konkrétním odkazem na technické listy, výkresy apod.)</p>
<p><b>Obecné požadavky zadavatele na přístroj (zařízení) stomatologická souprava jako celek:</b> Zařízení je plánováno pro klinickou výuku studentů zubního lékařství a bude umístěno na výukovém sále na stomatologické klinice. Základní požadavky na stomatologickou soupravu je pět pozic pro stomatologické pohony na panelu pro lékaře. Hadice pohonů mají tzv. horní vedení. Na pozici asistence je ovládací panel s malou a velkou savkou. Na osvětlení operačního pole slouží LED světlo. Souprava s pevným plivátkovým blokem a samostatně stojícím křeslem pro pacienta. Součástí jsou i židle pro ošetřujícího a asistenci.</p> <p><b><u>Vzhledem ke skutečnosti, že stomatologické soupravy budou instalovány na společné pracoviště LF MU a FNUSA, kdy budova a místnosti (místo plnění) jsou v majetku FNUSA, tedy dodávka bude realizována do objektu jenž je v majetku jiného subjektu než je zadavatel, je naprosto nezbytné, aby byly stomatologické soupravy plnohodnotně a plně kompatibilně napojeny na stávající rozvody - inženýrské sítě (elektrina, voda, vzduch, odpad) bez nutnosti realizace jakýchkoliv stavebních úprav. Dodavateli bude v případě potřeby umožněno pouze uchycení patientského křesla do podlahy dané místnosti.</u></b></p>		

Stomatologická souprava pro klinickou výuku studentů
Počet kusů: 3 ks

Položka č. 1 Stomatologická souprava			Model - typové/výrobní označení	Výrobce
Počet kusů: 1 ks			vyplní dodavatel	vyplní dodavatel
Pacientské křeslo			Účastníkem nabízená hodnota	
	Samostatné křeslo, nezávislé na těle jednotky	ANO	vyplní dodavatel - uvede bližší popis, konkrétní údaje/ hodnoty	
	Nosnost křesla v celém rozsahu	min. 150 kg	vyplní dodavatel - uvede bližší popis, konkrétní údaje/ hodnoty	
	Ovládání křesla ze strany lékaře, sestry a nožního ovládání	ANO	vyplní dodavatel	
	Držák pro uchycení světla	ANO	vyplní dodavatel	
	Vnitřní paměť s možností uložení nastavení křesla (polohy křesla, funkce pohonů)	pro 3 a více ošetřujících (uživatelů)	vyplní dodavatel - uvede bližší popis, konkrétní údaje/ hodnoty	
	Separátor amalgámu	ANO	vyplní dodavatel	
	Příprava na suché sání	ANO	vyplní dodavatel	
	Opěrka pro ruce pacienta	ano, vlevo	vyplní dodavatel	
	přesný barevný odstín bude vybráno z katalogu výrobce	ANO	vyplní dodavatel	
Ovládací panel na straně sestry s velkou a malou savkou.				
	Ovládací panel - poloha křesla, plivátka, pohárku	ANO	vyplní dodavatel	
	Malá savka	ANO	vyplní dodavatel	

	Velká savka	ANO
	Výšková nastavitelnost	ANO
	Polymerační lampy	ano
	Výkon polymerační lampy	min 1000 mW/cm2
Operační světlo		
	Intenzita osvětlení	min. 30 000 LUX
	Zdroj světla: LED	ANO
Ovládací panel na straně lékaře		
	Ovládací panel na straně lékaře - s pěti pracovními pozicemi pro 2 světelné elektromotory, vzduchový pohon s rychlospojkou, ultrazvuk a pistole na vzduch/vodu), verze s horním vedením.	ANO
	Ovládací panel - poloha křesla, plivátka, pohárku, světla	ANO
	1 pozice 3 funkční pistole (vzduch, voda, sprej)	ANO
	1 vzduchová pozice vč. hadice a LED světelné rychlospojky s násadcem	ANO
	1 pozice pro ultrazvuk, LED světelný OZK	ANO
	1 pozice pro bezuhlíkový LED světelný mikromotor s nasadcem do rychle (červený kód)	ano, rozsah otáček minimálně v rozsahu 100 - 40 000/min
	1 pozice pro bezuhlíkový LED světelný mikromotor s nasadcem (modrý kód)	ano, rozsah otáček minimálně v rozsahu 100 - 40 000/min
	Horní vedení hadic nástrojů	ANO
Nožní ovladač		
	Ovládání polohy křesla a předvolené pozice soupravy	ANO
	Ovládání stomatologických pohonů	ANO
	prohlášení o shodě dle zákona č. 268/2014 Sb., o zdravotnických prostředcích a o změně zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů a příslušných prováděcích předpisů - doklad prokazující shodu nabízeného přístroje s technickými požadavky stanovenými zvláštními právními předpisy (prohlášení o shodě).	ANO účastník prostou kopii tohoto prohlášení doloží v rámci technické specifikace
	Registrace přístroje jako zdravotnického prostředku na SUKL	ANO, účastník uvede registrační číslo, případně doloží kopii dokladu o provedené registraci nebo kopii podané žádosti o registraci účastník doloží v rámci technické specifikace
	dokument/ dokumenty prokazující, že se jedná o zdravotnický prostředek dle zák. č. 268/2014 Sb., o zdravotnických prostředcích a o změně zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů s uvedením klasifikační třídy	ANO účastník prostou kopii tohoto dokumentu doloží v rámci technické specifikace

vyplní dodavatel
vyplní dodavatel
vyplní dodavatel
vyplní dodavatel
vyplní dodavatel - uvede bližší popis, konkrétní údaje/ hodnoty
vyplní dodavatel
vyplní dodavatel
vyplní dodavatel
vyplní dodavatel
vyplní dodavatel
vyplní dodavatel - uvede bližší popis, konkrétní údaje/ hodnoty
vyplní dodavatel - uvede bližší popis, konkrétní údaje/ hodnoty
vyplní dodavatel - uvede bližší popis, konkrétní údaje/ hodnoty
vyplní dodavatel
vyplní dodavatel
vyplní dodavatel - účastník uvede, a prostou kopii dokumentů prokazujících tyto skutečnosti doloží v rámci technické specifikace
vyplní dodavatel - účastník uvede, a prostou kopii dokumentů prokazujících tyto skutečnosti doloží v rámci technické specifikace
vyplní dodavatel - účastník uvede, a prostou kopii dokumentů prokazujících tyto skutečnosti doloží v rámci technické specifikace

<p>stomatologické soupravy budou instalovány na společné pracoviště LF MU a FNUSA, kdy budova a místnosti (místo plnění) jsou v majetku FNUSA, tedy dodávka bude realizována do objektu jenž je v majetku jiného subjektu než je zadavatel, je naprosto nezbytné, aby byly stomatologické soupravy plnohodnotné a plně kompatibilně napojeny na stávající rozvody - inženýrské sítě (elektrina, voda, vzduch, odpad) bez nutnosti realizace jakýchkoliv stavebních úprav. Dodavateli bude v případě potřeby umožněno pouze uchycení patientského křesla do podlahy dané místnosti.</p>		ANO	vyplní dodavatel					
<b>Položka č. 2 Stomatologická ordinační židle</b>			<table><tr><td>Model - typové/výrobní označení</td><td>Výrobce</td></tr><tr><td>vyplní dodavatel</td><td>vyplní dodavatel</td></tr></table>		Model - typové/výrobní označení	Výrobce	vyplní dodavatel	vyplní dodavatel
Model - typové/výrobní označení	Výrobce							
vyplní dodavatel	vyplní dodavatel							
Počet kusů: 2 ks			Účastníkem nabízená hodnota					
	Stomatologická ordinační židle	ANO	vyplní dodavatel					
	Nastavení výšky sedáku	minimálně v rozmezí 48 cm až 60 cm	vyplní dodavatel - uvede bližší popis, konkrétní údaje/ hodnoty					
	Nastavení sklonu opěrky a sedáku	ANO	vyplní dodavatel					
	ergonomicky tvarované polstrování opěradla a sedáku	ANO	vyplní dodavatel					
	zaoblená stehenní podpora	ANO	vyplní dodavatel					
	přirozená anatomická poloha	ANO	vyplní dodavatel					
	snadno omyvatelný a dezinfikovatelný povrch pro snadné udržování hygieny a rychlého a účinného čištění povrchu židle	ANO	vyplní dodavatel					
	židle vhodná pro intenzivní každodenní používání a čištění (omývání)	ANO	vyplní dodavatel					
	kovový kříž	ANO	vyplní dodavatel					
	přesný barevný odstín bude vybráno z katalogu výrobce	ANO	vyplní dodavatel					
	Kolečka	ANO	vyplní dodavatel					

	takto označené buňky vyplní účastník v rámci zpracování své nabídky
--	---