

Technická specifikace

Přístroje pohybové terapie (MUNI 3.2.1)

Tato veřejná zakázka je rozdělena na čtyři části. Účastník je oprávněn podat nabídku do jedné nebo více částí veřejné zakázky, vždy však musí splnit všechny požadavky zadavatele pro tu část veřejné zakázky, do které podává nabídku. V případě parametrů vymezených minimální nebo maximální úrovní nebo rozmezím hodnot musí nabídka účastníka vyhovět alespoň stanovené požadované úrovni.

Část 4 VZ:

4.1 Stepper

Počet kusů: 5

Požadovaná specifikace:

- konstrukce přístroje s hydraulickými tlumiči;
- alespoň 12 úrovní zátěže;
- madla pro oporu (přidržení) pacienta;
- snímače tepové frekvence v rukojetích přístroje;
- pedály s protiskluzovou nášlapnou plochou;
- přístroj vybavený transportními kolečky pro snazší transport;
- počítač s LCD umožňuje zobrazit alespoň čas cvičení, počet kroků, spotřebu kalorií, tepovou frekvenci, scan;
- výška kroku 26 cm (+ - 5 cm);
- rozteč plastových nášlapů 15 cm;
- nosnost alespoň 120 kg;
- hmotnost vhodná k transportu – max. 22 kg;
- maximální výška nastavitelná pro dospělého člověka.