

Všem zájemcům o veřejnou zakázku

Vyřizuje/tel.

Ing. et Ing. Miroslav Haman / +420 603 118 467

V Brně, dne 27. 8. 2019

Věc: Veřejná zakázka: Microscale termoforéza (MST)

Vysvětlení zadávací dokumentace (1)

Zadavatel poskytuje všem dodavatelům, kteří požádali o vysvětlení zadávací dokumentace nebo kterým byla zadávací dokumentace poskytnuta, případně jiným dodavatelům, kteří vznesli dotaz k zadávacím podmínkám, vysvětlení zadávací dokumentace. Vysvětlení zadávací dokumentace je poskytováno na základě dotazů dodavatelů (dotaz – odpověď) nebo informací poskytovaných zadavatelem (sdělení). Formulace dotazů dodavatelů je doslovně převzat

Zadavatel obdržel od dodavatele dotaz dne 26. 8. 2019

Otázka č. 1:

Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace k podlimitní veřejné zakázce Microscale termoforéza (MST), systémové číslo VZ: P19V00000238 Zadavatel v zadávacích podmínkách – v části Technické podmínky, Požadované technické a funkční vlastnosti, požaduje minimální rozsah molekulových hmotností ligandu v rozsahu alespoň 10 Da až 1 MDa. Domníváme se, že v tomto bodě technické specifikace došlo k chybnému uvedení parametru určujícího spodní hranici rozsahu molekulové hmotnosti ligandu: 10 Da. Máme za to, že takto specifikovaný parametr není možno splnit u žádného přístroje dostupného na trhu v současné chvíli. Prosíme o upřesnění tohoto parametru, resp. tážeme se, jestli zadavatel bezpodmínečně trvá na tomto parametru.

Odpověď č. 1:

U uvedeného parametru došlo k chybnému uvedení parametru alespoň 10 Da místo správného alespoň 100 Da. Zadavatel prohlašuje, že správný údaj v parametru „**Minimální rozsah molekulových hmotností ligandu**“ je „**alespoň 100 Da – 1 MDa**“.

zadavatel v tomto smyslu zveřejňuje opravenou přílohu č. 1 – Technickou specifikaci jako soubor s názvem: „**Příloha č_1 - Technická specifikace oprava_č_1.xlsx**“

Sdělení zadavatele č. 1:

Zadavatel sděluje všem dodavatelům, že z důvodu změny zadávacích podmínek **prodlužuje lhůtu pro podání nabídek do 23. 9. 2019 do 11:00 hod**

Všechna ostatní ustanovení zadávací dokumentace včetně všech jejích příloh zůstávají beze změn.

.....
Ing. et Ing. Miroslav Haman
Manažer veřejných zakázek