

Všem zájemcům o veřejnou zakázku

Vyřizuje/tel.

Ing. et Ing. Miroslav Haman / +420 603 118 467

V Brně, dne 15. 11. 2019

Věc: Veřejná zakázka: Kapalinový proteinový chromatograf pro CEITEC MU

Vysvětlení zadávací dokumentace (1)

Zadavatel poskytuje všem dodavatelům, kteří požádali o vysvětlení zadávací dokumentace nebo kterým byla zadávací dokumentace poskytnuta, případně jiným dodavatelům, kteří vznesli dotaz k zadávacím podmínkám, vysvětlení zadávací dokumentace. Vysvětlení zadávací dokumentace je poskytováno na základě dotazů dodavatelů (dotaz – odpověď) nebo informací poskytovaných zadavatelem (sdělení). Formulace dotazů dodavatelů je doslovně převzata.

Zadavatel obdržel od dodavatelů žádost o vysvětlení zadávací dokumentace dne 13. 11. 2019

Otázka č. 1:

Požadujete průtok nastavitelný v rozsahu aspoň 0,005 – 20 ml/min. Akceptovali byste průtok 0,005 – 10 ml/min? Prakticky všechny kolony používané u střednětlaké chromatografie vyžadují hodnoty průtoku nižší než 10 ml/min. Námi nabízené konstrukční řešení navíc umožňuje připojit širší spektrum kolon, neboť v systému je možné dosáhnout tlaku až 250 barů.

Odpověď č. 1:

Zadavatel trvá na požadovaných parametrech průtoku, experimentální postupy užívané v běžících i plánovaných projektech vyžadují průtoky definované v technických podmínkách.

Nabízené řešení nebude zadavatelem akceptováno.

Otázka č. 2:

Požadujete rozměry přístroje 60 x 70 x 55 cm. Akceptovali byste rozměry 49 x 74 x 61 cm? Námi nabízené konstrukční řešení obsahuje integrovanou vzorkovou pumpu. Není proto nutné hledat další místo pro externí vzorkovou pumpu, jak je uvedeno ve specifikacích.

Odpověď č. 2:

Zadavatel po pečlivém zvážení možností umístění přístroje v zázemí laboratoře přehodnotil požadavky na maximální rozměry přístroje, technické podmínky byly upraveny.

Zadavatel bude akceptovat přístroj s rozměry a řešením navržených dodavatelem za současného splnění ostatních podmínek definovaných v technických podmínkách.

Otázka č. 3:

Požadujete maximální hmotnost přístroje 60 kg. Akceptovali byste hmotnost 64 kg, která se od uvedené téměř neliší? Vyšší hmotnost je způsobena výše zmíněnou integrovanou vzorkovou pumpou.

Odpověď č. 3:

Zadavatel po pečlivém zvážení možností umístění přístroje v zázemí laboratoře přehodnotil požadavky na maximální hmotnost přístroje, technické podmínky byly upraveny.

Zadavatel bude akceptovat přístroj s celkovou hmotností do 65 kg za současného splnění ostatních podmínek definovaných v technických podmínkách.

Otázka č. 4:

Požadujete výstupní ventil pro přepínání mezi výstupní pozicí, odpadem a sběračem frakcí. Souhlasili byste s výstupem umožňujícím přepínání pouze mezi odpadem a sběračem frakcí? Sběrač frakcí, který by byl součástí námi nabízené sestavy, má svůj výstupní ventil integrovaný do dávkovací hlavy, což pomáhá eliminovat mrtvý objem v hadičkách. Tento sběrač frakcí umožňuje sbírat velké objemy a malé objemy v jediném běhu. Samostatná výstupní pozice v systému tedy není potřeba.

Odpověď č. 4:

Zadavatel z důvodu mnohočetných kroků v rámci purifikačních protokolů trvá na požadovaných parametrech výstupního ventilu se třemi pozicemi.

Nabízené řešení nebude zadavatelem akceptováno.

Sdělení zadavatele č. 1:

Zadavatel publikuje opravenou přílohu č. 1 – Technickou specifikaci, dodavatel je povinen jako přílohu č. 1 smlouvy použít tuto opravenou smlouvu.

Sdělení zadavatele č. 2:

Vzhledem k výše provedeným změnám v technické specifikaci zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídek do **25. 11. 2019 do 10:00 hodin**

.....
Ing. et Ing. Miroslav Haman
Manažer veřejných zakázek