

VYSVĚTLENÍ A ZMĚNA ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

Identifikace veřejné zakázky

Název: RCX1911 Dodávka kryotub a kryoboxů

Druh veřejné zakázky: Dodávky

Režim veřejné zakázky: Veřejná zakázka malého rozsahu

Adresa veřejné zakázky: <https://zakazky.muni.cz/vz00005602>

Identifikační údaje zadavatele

Název: Masarykova univerzita – Přírodovědecká fakulta

Sídlo: Kotlářská 267/2, 611 37 Brno

IČ: 00216224

Zastoupen: doc. Mgr. Tomášem Kašparovským, Ph.D., děkanem

Zadavatel k výše uvedené veřejné zakázce uveřejňuje následující vysvětlení č. 1.

1. **Zadavatel obdržel dne 7. 1. 2020 v 14:23:13 prostřednictvím certifikovaného elektronického nástroje pro zadávání zakázek na Masarykově univerzitě E-ZAK následující žádost o vysvětlení zadávací dokumentace.**

Dotaz č.1:

V Příloze č. 1 - Technická specifikace dodávky je v tabulce specifikace u položky: Kryotuba č.2 s uzávěrem (Biosigma CryoGen® Tubes 1D CLEARLine®, katalogové číslo: CL2ARBEPSTS) na řádce "Minimální požadované parametry kolonka": údaj: "Kónické dno pro práci s malými objemy kapaliny".

Žádám zadavatele o vyjádření, zda akceptuje kulaté dno 2ml kryotuby, které má funkčně shodné vlastnosti jako kónické, tj. koncentraci zbytkové kapaliny obsahu kryotuby v jednom místě dna za účelem úplného nasátí kapaliny špičkou pipety. V tomto případě uchazeč vyplní shora citovanou kolonku hodnotou "ANO"

Odpověď zadavatele č. 1:

Zadavatel akceptuje kulaté dno 2ml kryotuby.

2. **Zadavatel bez předchozí žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace poskytuje následující vysvětlení:**

Analogicky jako u položky Kryotuba č.2 s uzávěrem zadavatel akceptuje kulaté dno pro práci s malými objemy u položky Kryotuba č.1 s uzávěrem (Biosigma CryoGen® Tubes 1D CLEARLine®, katalogové číslo: CL1ARBEPSTS).

Zadavatel upřesňuje znění dokumentů, které jsou součástí zadávací dokumentace, a to Předloha návrhu smlouvy RCX1911 a Technické podmínky RCX1911, část Minimální požadované technické parametry následujícím způsobem.

Dodávky, které jsou předmětem této smlouvy, splňují následující minimální technické požadavky:

Kryotuba č.1 s uzávěrem:

Kónické nebo kulaté dno pro práci s malými objemy kapaliny.

Kryotuba č.2 s uzávěrem:

Kónické nebo kulaté dno pro práci s malými objemy kapaliny.

Zadavatel upozorňuje, že dokumenty v aktuálním znění jsou vloženy v příslušné záložce elektronického nástroje E-ZAK dostupného na <https://zakazky.muni.cz/vz00005602> v sekci Zadávací dokumentace (viz dokumenty Předloha návrhu smlouvy RCX1911 08_01_2020 a Technické podmínky RCX1911 08_01_2020).

3. Zadavatel bez předchozí žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace vydává tuto informaci:

Zadavatel v souvislosti s výše uvedenou změnou zadávací dokumentace prodlužuje lhůtu pro podání nabídek uvedenou v bodě 6.1 Zadávací dokumentace takto:

Nabídky je nutné podat nejpozději do 17. 1. 2020, 10:00 hod.

V Brně dne 8. 1. 2020

doc. Mgr. Tomáš Kašparovský, Ph.D.
děkan

pro účely elektronického podpisu
v.z. Mgr. Pavel Vicherek