

Veřejná zakázka malého rozsahu zadávaná mimo režim zákona

**„Vzpřímené laboratorní mikroskopy pro LF MU“**

**Vysvětlení, změna, doplnění zadávací dokumentace č. 1**

Vážený pane, vážená paní,

Masarykova univerzita, Lékařská fakulta, Kamenice 753/5, 625 00 Brno, IČ 00216224, fakulta veřejné vysoké školy podle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, v platném znění, nezapsaná v obchodním rejstříku (dále jen „zadavatel“), si dovoluje analogicky ustanovení § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „ZZVZ“), změnit a doplnit zadávací dokumentaci této veřejné zakázky

- 1) Zadavatel v rámci zpětné kontroly zadávacích podmínek zjistil, že se v dokumentu „Technické podmínky a Technická specifikace nabízeného plnění - příloha č. 1 návrhu smlouvy“ dopustil písařské chyby (překlepu) při vymezení jednoho z parametrů. Konkrétně se jedná o parametr nastavitelná rozteč okulárů, kdy zadavatel chybně uvedl, že požaduje nastavitelnou rozteč okulár minimálně v rozsahu 45-75 mm.

**Zadavatel na základě výše uvedených skutečností se tímto rozhodl napravit tuto písařskou chybu (překlepu) a v rámci vysvětlení zadávacích (technických) podmínek opravuje stanovené (vymezené) technické podmínky pro dotčené parametry (stanovené technické podmínky) požadovaného přístroje následujícím způsobem:**

**Zadavatel požaduje nastavitelnou rozteč okulár minimálně v rozsahu 47-75 mm**

**Nově tedy formulovaný požadavek zní:**

nastavitelná rozteč okulárů	minimálně v rozsahu 47-75 mm
-----------------------------	------------------------------

- 2) Zadavatel jako přílohu tohoto dokumentu o vysvětlení, změně, doplnění zadávací dokumentace přikládá upravený (nový) dokument „Technické podmínky a Technická specifikace nabízeného plnění - příloha č. 1 návrhu smlouvy“ zohledňující výše uvedené upřesnění/ doplnění zadavatele.

Účastník pro zpracování nabídky použije tyto výše uvedené upravené (nové) dokumenty.

- 3) Ostatní zadávací podmínky této veřejné zakázky zůstávají beze změn

S pozdravem

prof. MUDr. Martin Repko, Ph.D.  
děkan LF MU

v.z. pro účely el. podpisu  
Ing. Marek Buriška  
manažer veřejných zakázek

Přílohy:

- 1) Technické podmínky a Technická specifikace nabízeného plnění - příloha č. 1 návrhu smlouvy - oprava ze dne 11.3.2020