

## Technická specifikace Gnatologické stoly s ordinačními židlemi

Nabídka účastníka musí splňovat všechny níže uvedené požadavky a parametry specifikované zadavatelem. V případě parametrů vymezených minimální nebo maximální úrovní nebo rozmezím hodnot musí nabídka účastníka vyhovět alespoň stanovené požadované úrovni.

Předmět této veřejné zakázky je plánován pro výuku studentů zubního lékařství. Účelem sledovaným touto veřejnou zakázkou je proto pořídit kvalitní gnatologické stoly a ordinační stomatologické židle, které kvalitativně vydrží každodenní zatížení při výuce a umožní jejich snadnou každodenní údržbu, umožní provádění všech běžných stomatologických výkonů a maximálně usnadní výuku těchto stomatologických výkonů, zároveň umožní připravit studenty pro jejich budoucí stomatologickou praxi a usnadnit jejich přechod ze školního prostředí do ordinace.

Součástí předmětu plnění je i montáž a instalace gnatologických stolů v místě plnění, včetně jejich napojení na nezbytná média.

### Gnatologické stoly

Počet kusů: 20 ks

#### Požadované vlastnosti:

- Laboratorní stoly pro zubní techniky odpovídající Standardu SIMU (viz příložený dokument).

### Otočná stomatologická ordinační židle

Počet kusů: 20 ks

#### Požadované vlastnosti:

- Nastavitelná výška sedáku minimálně v rozmezí 48 cm až 60 cm.
- Nastavitelný náklon sedáku a opěrky.
- Ergonomicky tvarované polstrování opěradla a sedáku.
- Zaoblená stehenní podpora.
- Přirozená anatomická poloha.
- Snadno omyvatelný a dezinfikovatelný povrch pro snadné udržování hygieny a rychlého a účinného čištění povrchu židle.
- Židle vhodná pro intenzivní každodenní používání (cca 12 hodin denně) a čištění (omývání).
- Kovový kříž.
- Pojízdná (na kolečkách).
- Bez opěrek rukou.
- Zadavatel si vyhrazuje právo na možnost výběru konkrétního barevného provedení (odstínu) přímo z katalogu výrobce.