

Všem zájemcům o veřejnou zakázku

Vyřizuje/tel.

Mgr. Michal Boroš / +420 549 49 3220

V Brně, dne 10. 6. 2020

Věc: Veřejná zakázka: Kryo-fluorescenční mikroskop

Vysvětlení zadávací dokumentace (1)

Zadavatel poskytuje všem dodavatelům, kteří požádali o vysvětlení zadávací dokumentace nebo kterým byla zadávací dokumentace poskytnuta, případně jiným dodavatelům, kteří vznesli dotaz k zadávacím podmínkám, vysvětlení zadávací dokumentace. Vysvětlení zadávací dokumentace je poskytováno na základě dotazů dodavatelů (dotaz – odpověď) nebo informací poskytovaných zadavatelem (sdělení). Formulace dotazů dodavatelů je doslovně převzata.

Zadavatel obdržel od dodavatele dotaz dne 10. 6. 2020

Otázka č. 1:

Dne 3.6.2020 byla zahájena veřejná zakázka s názvem „Kryo-fluorescenční mikroskop“ zadavatele Masarykova univerzita – CEITEC. V požadované technické specifikaci systému zadavatel požaduje:

1. Systém pro kryo-fluorescenční mikroskopii musí být založen na plně motorizovaném vzpřímeném mikroskopu s fixním stolem.
2. Dodané řešení splňuje všechny požadavky pro připojení zařízení Alveole PRIMO a splňuje všechny technické parametry požadované zařízením Alveole PRIMO pro vytváření vzorů pro selektivní umístění buněk na povrchu TEM mřížky. Zařízení Alveole PRIMO není součástí dodávky

Jako XXXXXXXX jsme nuceni upozornit zadavatele, že systém Aveole PRIMO není kompatibilní s žádným vzpřímeným mikroskopem dostupným na trhu. Systém Alveole PRIMO pracuje výhradně s invertovanými mikroskopy a dle specifikací výrobce je garantovaná plná kompatibilita pouze se specifickou konfigurací systémů LEICA DMI8 Inverted Automated Research Microscope, NIKON ECLIPSE Ti2-E Inverted Automated Research Microscope a OLYMPUS IX83 Inverted Automated Research Microscope.

DOTAZ: Bude zadavatel akceptovat invertovaný mikroskop namísto vzpřímeného, který bude plně kompatibilní se systémem Alveole PRIMO?

Odpověď č. 1:

Zadavatel požaduje dodávku přístrojového vybavení, které bude splňovat podmínky definované na základě jeho skutečných potřeb v příloze č. 1 zadávací dokumentace – Technická specifikace. Zadavatel nemá v žádném případě v úmyslu předjímat žádné konkrétní řešení splňující komplexně uvedené podmínky. Technické řešení dodávky systému, včetně typu a množství komponent, zůstává na dodavateli, a to za podmínky splnění požadovaných minimálních parametrů v zadávací dokumentaci. Zadavatel bude akceptovat i dodavatelem uvedené řešení za podmínky splnění všech požadovaných minimálních parametrů v zadávací dokumentaci.



Sdělení č. 1:

Zadavatel sděluje všem dodavatelům, že **ustanovení zadávací dokumentace včetně všech jejích příloh zůstávají beze změn.** Zadavatel s ohledem na povahu otázky č. 1 **prodlužuje lhůtu pro podání nabídek do 29. 6. 2020 10:00 hod.**

manažer veřejných zakázek