

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE 1

Identifikace veřejné zakázky

Název: Defibrilátory

Druh veřejné zakázky: Dodávky

Druh zadávacího řízení: Otevřené řízení

Režim veřejné zakázky: Podlimitní

Adresa veřejné zakázky: <https://zakazky.muni.cz/vz00005750>

Identifikační údaje zadavatele

Název: Lékařská fakulta Masarykovy univerzity, fakulta veřejné vysoké školy podle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, v platném znění, nezapsaná v obchodním rejstříku

Sídlo: Kamenice 753/5, 625 00 Brno

IČ: 00216224

Zastoupen: prof. MUDr. Martinem Repkem, Ph.D., děkanem Lékařské fakulty MU

1. DŮVOD VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

Dne 29. 5. 2020 byl zadavateli prostřednictvím e-mailu kontaktní osoby zadavatele doručen dotaz v následujícím znění:

„Dovolil bych se Vás zeptat, jestli se tato VZ týká Masarykovy univerzity, jako takové a nebo jestli je to míněno pro novou Simulační nemocnici?“

Dále dne 2. 6. 2020 byla zadavateli prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK doručena žádost o vysvětlení zadávací dokumentace v následujícím znění:

„Posíláme žádost o vysvětlení technické specifikace v zadávací dokumentaci podlimitní veřejné zakázky „Defibrilátory“.

1. V technické specifikaci části 4 VZ, defibrilátor standardní a v části 5 VZ defibrilátor profesionální požadujete: „v manuálním režimu bifázický výboj s nastavitelnou energií v rozmezí min. 2 – 360 J“. Námi nabízený defibrilátor používá unikátní multipulsní bifázický výboj s nastavitelnou energií v rozmezí 1 - 200 J. Budete v částech 4 a 5 akceptovat nabídku defibrilátorů s pulsním bifázickým výbojem s nastavitelnou energií v rozmezí 1 – 200 J?

2. V technické specifikaci části 4 VZ, defibrilátor standardní požadujete „displej o uhlopříčce min. 8“ zobrazující nastavení přístroje, měřené parametry a alarmové stavy“. V technické specifikaci části 5 VZ, defibrilátor profesionální požadujete pouze „displej o uhlopříčce min. 5“ zobrazující nastavení přístroje, měřené parametry a alarmové stavy“. Budete v částech 4 a 5 akceptovat nabídku defibrilátorů se 7“ displejem zobrazujícím nastavení přístroje, měřené parametry a alarmové stavy?

3. V technické specifikaci části 5 VZ, defibrilátor profesionální požadujete“ „zdokonalená neinvazivní technologie snímání SpO₂, rozlišující venózní a arteriální krev pro získání relevantních hodnot saturace arteriální krve kyslíkem, eliminující pohybové artefakty“. Námi nabízený defibrilátor používá pro měření SpO₂ moderní technologii Masimo, díky které je schopen určit arteriální SpO₂ měřením změn absorpance v čase s odstraněním vlivu pohybových artefaktů. Budete v části 5 akceptovat nabídku defibrilátorů s těmito vlastnostmi měření SpO₂?”

2. ODPOVĚĎ ZADAVATELE

Zadavatel tímto v souladu s § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“), ve lhůtě k tomu určené odpovídá na dotazy účastníků následující:

Ad dotaz 1)

Předmět zakázky je pořizován **pro nově budované simulační centrum** Lékařské fakulty Masarykovy univerzity.

Ad dotaz 2.1)

S ohledem na plánované didaktické využití předmětných přístrojů, komplexní rozsah simulovaných situací, technické parametry patientských simulátorů a aktuální doporučení pro energii defibrilačního výboje není pro daný účel rozsah energií 1 - 200 J postačující. **Zadavatel proto trvá na stávajícím požadavku na nastavitelnou energii bifázického výboje min. v rozmezí 2 – 360 J.**

Ad dotaz 2.2)

Displej přístroje o uhlopříčce 7" v části 5 splňuje minimální požadavek zadavatele, **bude proto zadavatelem akceptován**. V části 4 se jedná o odchylku, kterou lze vzhledem k plánovanému využití přístroje akceptovat, **zadavatel proto tímto mění požadovanou technickou specifikaci části 4 VZ tak**, že namísto stávajícího požadavku „displej o uhlopříčce min. 8" zobrazující nastavení přístroje, měřené parametry a alarmové stavy;“ **nově požaduje „displej o uhlopříčce min. 7" zobrazující nastavení přístroje, měřené parametry a alarmové stavy;“**. Aktualizovaná verze technické specifikace pro část 4 VZ je přílohou tohoto vysvětlení ZD.

Ad dotaz 2.3)

Tazatelem (účastníkem) nabízená technologie splňuje požadavek zadavatele uvedený v technické specifikaci. **Zadavatele proto akceptuje účastníkem navrhované řešení měření SpO₂.**

Vzhledem k provedené změně v technické specifikaci **zadavatel tímto prodlužuje lhůtu k podání nabídek do všech částí VZ nově do 13. 7. 2020 do 11.00 hod.**

Příloha: Technická specifikace pro část 4 VZ - upravená

V Brně dne 5. 6. 2020

prof. MUDr. Martin Repko, Ph.D.,
děkan LF MU

v.z. pro účely el. podpisu
Mgr. Tomáš Kopecký
manažer veřejných zakázek

