

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE 2

Identifikace veřejné zakázky

Název: Defibrilátory
 Druh veřejné zakázky: Dodávky
 Druh zadávacího řízení: Otevřené řízení
 Režim veřejné zakázky: Podlimitní
 Adresa veřejné zakázky: <https://zakazky.muni.cz/vz00005750>

Identifikační údaje zadavatele

Název: **Lékařská fakulta Masarykovy univerzity**, fakulta veřejné vysoké školy podle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, v platném znění, nezapsaná v obchodním rejstříku
 Sídlo: Kamenice 753/5, 625 00 Brno
 IČ: 00216224
 Zastoupen: prof. MUDr. Martinem Repkem, Ph.D., děkanem Lékařské fakulty MU

1. DŮVOD VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

Dne 8. 6. 2020 byla zadavateli prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK doručena žádost o vysvětlení zadávací dokumentace v následujícím znění:

„Vážený zadavateli,

tímto zasíláme žádost o vysvětlení zadávací dokumentace k níže uvedeným částem:

Část č. 4 veřejné zakázky – Defibrilátor standardní (2 ks)

displej o uhlopříčce min. 8" zobrazující nastavení přístroje, měřené parametry a alarmové stavy;

Dotaz č. 1:

Bude zadavatel akceptovat displej o uhlopříčce 7" zobrazující všechny potřebné parametry pro nastavení s parametry měření a alarmové stavy?

Část č. 5 veřejné zakázky – Defibrilátor profesionální (3ks + opce 1 ks)

zdokonalená neinvazivní technologie snímání SpO2, rozlišující venózní a arteriální krev pro získání relevantních hodnot saturace arteriální krve kyslíkem, eliminující pohybové artefakty;

Dotaz č. 2:

Bude zadavatel akceptovat i klasickou technologii měření SpO2 bez rozšiřujících parametrů venózní a arteriální krve s eliminací pohybových artefaktů?"

2. ODPOVĚĎ ZADAVATELE

Zadavatel tímto v souladu s § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“), ve lhůtě k tomu určené odpovídá na dotazy účastníků následující:

Ad dotaz 1)

Ano, zadavatel bude akceptovat displej o úhlopříčce min. 7“ zobrazující nastavení přístroje, měřené parametry a alarmové stavy. Viz rovněž odpověď zadavatele na dotaz č. 2.2 ve Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1.

Ad dotaz 2)

Zadavatel trvá na požadavku uvedeném v technické **specifikaci pro část 5 VZ** – „zdokonalená neinvazivní technologie snímání SpO2, rozlišující venózní a arteriální krev pro získání relevantních hodnot saturace arteriální krve kyslíkem, eliminující pohybové artefakty“. Zadavatel proto nebude akceptovat nabídky, které tento požadavek nesplní.

V Brně dne 8. 6. 2020

prof. MUDr. Martin Repko, Ph.D.,
děkan LF MU

v.z. pro účely el. podpisu
Mgr. Tomáš Kopecký
manažer veřejných zakázek

