

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE 3

Identifikace veřejné zakázky

Název: Defibrilátory
Druh veřejné zakázky: Dodávky
Druh zadávacího řízení: Otevřené řízení
Režim veřejné zakázky: Podlimitní
Adresa veřejné zakázky: <https://zakazky.muni.cz/vz00005750>

Identifikační údaje zadavatele

Název: Lékařská fakulta Masarykovy univerzity, fakulta veřejné vysoké školy podle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, v platném znění, nezapsaná v obchodním rejstříku
Sídlo: Kamenice 753/5, 625 00 Brno
IČ: 00216224
Zastoupen: prof. MUDr. Martinem Repkem, Ph.D., děkanem Lékařské fakulty MU

1. DŮVOD VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

Dne 28. 6. 2020 byla zadavateli prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK doručena žádost o vysvětlení zadávací dokumentace v následujícím znění:

„Vážený pane Kopecký,

žádáme Vás tímto o poskytnutí dodatečných informací k veřejné zakázce:

Název VZ: „Defibrilátory“

Evidenční číslo VVZ: Z2020-018497

Dotaz č. 1:

Zadavatel v části 4 VZ – Defibrilátor standardní i v části 5 VZ – Defibrilátor profesionální uvádí požadavek „v manuálním režimu bifázický výboj s nastavitelnou energií v rozmezí min. 2 – 360 J“, neuvádí však minimální počet kroků (možností nastavení energie) defibrilačního výboje. Domníváme se, že vzhledem k předpokládanému velmi širokému spektru využití přístroje se jedná o důležitý parametr a žádáme zadavatele o upřesnění, jaký minimální počet kroků nastavení energie defibrilačního výboje bude u nabízeného přístroje akceptovat.

Dotaz č. 2:

Zadavatel v části 4 VZ – Defibrilátor standardní uvádí požadavek „displej o uhlopříčce min. 7“ zobrazující nastavení přístroje, měř. parametry a alarm. stavy“. Zadavatel u části 5 VZ – Defibrilátor profesionální požaduje „displej o uhlopříčce min. 5“ zobrazující nastavení přístroje, měřené parametry a alarmové

stavy". Bude zadavatel akceptovat nabídku uchazeče, která bude obsahovat přístroje s displejem o velikosti min. 5" pro části 4 VZ a 5 VZ?

Dotaz č. 3:

Zadavatel v části 4 VZ – Defibrilátor standardní i v části 5 VZ – Defibrilátor profesionální uvádí požadavek „přístroj s funkcí defibrilace, synchronizované kardioverze, AED a neinvazivní kardiostimulace“. U přístrojů kombinujících defibrilátor manuální i automatický, u kterého se tedy předpokládá použití jak zkušeným personálem (manuální mód), tak personálem méně zkušeným (AED mód) je obvyklé, že disponuje účinným prvkem pro eliminaci chybných kroků méně zkušených uživatelů tak, aby na ovládacím panelu defibrilátoru zůstala viditelná pouze tlačítka pro AED, tedy pro zapnutí přístroje, analýzu srdečního rytmu a výboj. Bude zadavatel požadovat takový prvek, např. mechanický, který zajistí viditelnost pouze 3 zmíněných tlačítek na ovládacím panelu přístroje v AED módu?“

2. ODPOVĚĚ ZADAVATELE

Zadavatel tímto v souladu s § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“), odpovídá na dotazy účastníků následující:

Ad dotaz 1)

S ohledem na plánované využití požaduje zadavatel pro defibrilátory v části 4 i 5 VZ možnost nastavení energie výboje v rozmezí 2 - 360 J minimálně v 15 krocích, z toho minimálně 10 kroků pro pediatrického pacienta v rozmezí 2 - 75 J.

Ad dotaz 2)

V části 4 VZ zadavatel trvá na požadavku na displej o uhlopříčce min. 7" a s ohledem na plánované využití přístroje zadavatel nebude akceptovat přístroj s displejem uhlopříčky 5". V části 5 VZ přístroj s uhlopříčkou displeje 5" splňuje minimální požadavky zadavatele a zadavatel jej proto bude akceptovat.

Ad dotaz 3)

V části 5 VZ požaduje zadavatel „HW rozlišení uživatelského rozhraní pro automatický a manuální režim“ - navrhované řešení dle popisu tazatele tento požadavek splňuje. V části 4 VZ zadavatel tento prvek nepožaduje.

Zadavatel tímto prodlužuje lhůtu k podání nabídek do všech částí VZ nově do 16. 7. 2020 do 11.00 hod.

V Brně dne 2. 7. 2020

prof. MUDr. Martin Repko, Ph.D.,
děkan LF MU

v.z. pro účely el. podpisu
Mgr. Tomáš Kopecký
manažer veřejných zakázek

