

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE 2

Identifikace veřejné zakázky

Název: Jednoduché dentální simulátory s židlemi
 Druh veřejné zakázky: Dodávky
 Druh zadávacího řízení: Otevřené řízení
 Režim veřejné zakázky: Nadlimitní
 Adresa veřejné zakázky: <https://zakazky.muni.cz/vz00005769>

Identifikační údaje zadavatele

Název: **Lékařská fakulta Masarykovy univerzity**, fakulta veřejné vysoké školy podle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, v platném znění, nezapsaná v obchodním rejstříku
 Sídlo: Kamenice 753/5, 625 00 Brno
 IČ: 00216224
 Zastoupen: prof. MUDr. Martinem Repkem, Ph.D., děkanem Lékařské fakulty MU

1. DŮVOD VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

Dne 15. 7. 2020 a byl zadavateli prostřednictvím elektronického nástroje zadavatele doručen dotaz v následujícím znění:

„Zadavatel výše uvedené VZ, v technické specifikaci předmětu, uvádí požadavek na „maximální rozměry v zaparkované pozici v: 700mm š: 400mm h: 700mm.“

Zadavatel dále mimo jiné požaduje „mobilní jednotku s možností uskladnění pod laboratorní stůl jednoduchým zasunutím (pojezd na kolečkách)“.

Domníváme se, že zadavatel požaduje, aby bylo možné „tělo“ simulační jednotky zasunout pod stůl. Námi nabízené jednotky toto umožňují s tím, že část fantomové hlavy a stolek lékaře a asistence přesahuje požadovanou hloubku o 80mm (8cm). Pro lepší představu přikládám technický náčrtek včetně rozměrů.

Bude zadavatel akceptovat toto řešení?“

2. ODPOVĚĚ ZADAVATELE

Zadavatel tímto v souladu s § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“), odpovídá na dotazy účastníků následující:

Zadavatel skutečně svým požadavkem „Mobilní jednotka s možností uskladnění pod laboratorní stůl jednoduchým zasunutím (pojezd na kolečkách)“ měl na mysli pouze „tělo“ simulační jednotky. Toto je patrné hned z následující odrážky tech. specifikace, kde zadavatel uvádí, že „Figurína pacienta sestávající z hlavy a korpusu má být připevněná na jednotce simulátoru.“ Zadavatelem požadované maximální rozměry v zaparkované pozici pak vychází z prostorových omezení daných prostorem pod stávajícími pracovními stoly

zadavatele a vztahují se proto rovněž především k „tělu“ simulační jednotky, které bude zasouváno pod pracovní stůl. Zadavatel proto bude akceptovat **přesah v rozměru hloubky celého simulátoru (tj. těla včetně figuríny pacienta a veškerého příslušenství)** v zaparkované pozici o 80 mm a bude rovněž akceptovat **případný výškový přesah složené fantomové hlavy nebo světla nad úroveň pracovní desky stolu (požadovaná maximální výška se vztahuje pouze k „tělu“ simulační jednotky zasouvané pod stůl).**

Vzhledem k tomuto upřesnění zadávacích podmínek zadavatel prodlužuje lhůtu k podání nabídek nově do 24. 8. 2020 do 11.00 hod.

V Brně dne 16. 7. 2020

prof. MUDr. Martin Repko, Ph.D.,
děkan LF MU

v.z. pro účely el. podpisu
Mgr. Tomáš Kopecký
manažer veřejných zakázek