

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE 2

Identifikace veřejné zakázky

Název: Zdravotnický nábytek
Druh veřejné zakázky: Dodávky
Druh zadávacího řízení: Otevřené řízení
Režim veřejné zakázky: Nadlimitní
Adresa veřejné zakázky: <https://zakazky.muni.cz/vz00005780>

Identifikační údaje zadavatele

Název: **Lékařská fakulta Masarykovy univerzity**, fakulta veřejné vysoké školy podle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, v platném znění, nezapsaná v obchodním rejstříku
Sídlo: Kamenice 753/5, 625 00 Brno
IČ: 00216224
Zastoupen: prof. MUDr. Martinem Repkem, Ph.D., děkanem Lékařské fakulty MU

1. DŮVOD VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

Dne 20. 7. 2020 byla zadavateli prostřednictvím elektronického nástroje doručena žádost o vysvětlení zadávací dokumentace v následujícím znění:

„Dobrý den,

v příloze *Technická specifikace zdravotnický nábytek Lůžko intenzivní 4 ks* je uvedeno: „Bezpečné provozní zatížení min. 250 kg“ a zároveň: „Bezpečné provozní zatížení min. 300 kg“. Žádáme o upřesnění požadované hodnoty.

Naše společnost má lůžka pro intenzivní péči certifikována pro bezpečné provozní zatížení do 250 kg. Lůžka s vyšší nosností v nabídce máme také, ale tyto jsou konstruovány se specifickými parametry pro bariatrické pacienty.“

2. ODPOVĚĎ ZADAVATELE

Zadavatel tímto v souladu s § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“), ve lhůtě k tomu určené odpovídá na dotaz účastníka následující:

Děkujeme za upozornění. Zadavatel u položky č. 20) Intenzivní lůžko požaduje **bezpečné provozní zatížení min. 250 kg**. Druhá z uvedených hodnot (300 kg) zůstala v Technické specifikaci nedopatřením a zadavatel ji nepožaduje.

Příloha: Technické specifikace - opravené

V Brně dne 20. 7. 2020

prof. MUDr. Martin Repko, Ph.D.,
děkan LF MU

v.z. pro účely el. podpisu
Mgr. Tomáš Kopecký
manažer veřejných zakázek

