

VYSVĚTLENÍ A ZMĚNA ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

Identifikace veřejné zakázky

Název: EXC2013 Lyofilizátor

Druh veřejné zakázky: Dodávky

Režim veřejné zakázky: Veřejná zakázka malého rozsahu

Adresa veřejné zakázky: <https://zakazky.muni.cz/vz00005839>

Identifikační údaje zadavatele

Název: Masarykova univerzita – Přírodovědecká fakulta

Sídlo: Kotlářská 267/2, 611 37 Brno

IČ: 00216224

Zastoupen: doc. Mgr. Tomášem Kašparovským, Ph.D., děkanem

Zadavatel k výše uvedené veřejné zakázce uveřejňuje následující vysvětlení a změnu zadávací dokumentace č. 1.

Zadavatel obdržel dne 21. 8. 2020 v 14:29:50 prostřednictvím certifikovaného elektronického nástroje pro zadávání zakázek na Masarykově univerzitě E-ZAK následující žádost o vysvětlení zadávací dokumentace.

Dotaz č.1:

V technických specifikacích zadavatel požaduje – „Průhledná (např. akrylátová) sušicí komora pro vizuální kontrolu průběhu sušení vzorků má rozměr minimálně 30 cm (průměr), 50–70 cm (výška) a hmotnost max. 4 kg“. Zároveň zadavatel požaduje, aby komora byla vybavena systémem topných polic a uzavírací mechanikou. Technicky není možné splnit oba požadavky současně – tedy mít komoru lehčí než 4 kg a zároveň ji mít vybavenou uzavírací mechanikou. Bude zadavatel akceptovat nabídku sušicí komory s uzavírací mechanikou, vybavenou o topné police, jejíž hmotnost ale bude 28 kg?

Odpověď zadavatele č. 1:

Zadavatel požadavek na technické řešení definoval nejednoznačně.

Správná formulace požadovaného minimálního technického parametru zní:

Odnímatelná průhledná část (např. akrylátová), která je součástí sušicí komory a je určena pro vizuální kontrolu průběhu sušení vzorků. (*Dodavatel uvede ANO/NE a technické řešení*).

Zadavatel na základě dotazu mění znění dokumentů, které jsou součástí zadávací dokumentace, a to EXC2013 Předloha návrhu smlouvy a EXC2013 Technické podmínky, část Minimální požadované technické parametry.

Zadavatel upozorňuje, že dokumenty v aktuálním znění jsou vloženy v příslušné záložce elektronického nástroje E-ZAK dostupného na <https://zakazky.muni.cz/vz00005839> v sekci Zadávací dokumentace (viz dokumenty EXC2013 Předloha návrhu smlouvy 27_8_2020 a EXC2013 Technické podmínky 27_8_2020).

Dále Zadavatel v souvislosti s výše uvedenou změnou zadávací dokumentace prodlužuje lhůtu pro podání nabídek uvedenou v bodě 5.1 Zadávací dokumentace takto:

Nabídky je nutné podat nejpozději do 4. 9. 2020, 11:00 hod.

V Brně dne 27. 8. 2020

doc. Mgr. Tomáš Kašparovský, Ph.D.
děkan

pro účely elektronického podpisu
v.z. Mgr. Pavel Vicherek