

VYSVĚTLENÍ A ZMĚNA ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

Identifikace veřejné zakázky

Název: RI2004 Analyzátor krevního obrazu
Druh veřejné zakázky: Dodávky
Režim veřejné zakázky: Veřejná zakázka malého rozsahu
Adresa veřejné zakázky: <https://zakazky.muni.cz/vz00005862>

Identifikační údaje zadavatele

Název: Masarykova univerzita – Přírodovědecká fakulta
Sídlo: Kotlářská 267/2, 611 37 Brno
IČ: 00216224
Zastoupen: doc. Mgr. Tomášem Kašparovským, Ph.D., děkanem

Zadavatel k výše uvedené veřejné zakázce uveřejňuje následující vysvětlení a změnu zadávací dokumentace č. 1.

Zadavatel obdržel dne 8. 9. 2020 v 12:35:00 prostřednictvím certifikovaného elektronického nástroje pro zadávání zakázek na Masarykově univerzitě E-ZAK následující žádost o vysvětlení zadávací dokumentace.

Dotaz č.1:

Požaduje zadavatel rychlost analýzy krevního obrazu min. 60 vzorků za hodinu v uzavřeném i otevřeném aspiračním režimu?

Odpověď zadavatele č. 1:

Zadavatel po zvážení aktuálních laboratorních procesů ustupuje z požadavku uzavřeného aspiračního režimu a upravuje minimální technické specifikace zařízení na:

Rychlost analýzy krevního obrazu v otevřeném aspiračním režimu je min. 60 vzorků za hodinu.

Zadavatel na základě dotazu mění znění dokumentů, které jsou součástí zadávací dokumentace, a to RI2004 Předloha návrhu smlouvy a RI2004 Technické podmínky, část Minimální požadované technické parametry.

Zadavatel upozorňuje, že dokumenty v aktuálním znění jsou vloženy v příslušné záložce elektronického nástroje E-ZAK dostupného na <https://zakazky.muni.cz/vz00005862> v sekci Zadávací dokumentace (viz dokumenty RI2004 Předloha návrhu smlouvy 9_9_2020 a RI2004 Technické podmínky 9_9_2020).

Dále Zadavatel v souvislosti s výše uvedenou změnou zadávací dokumentace prodlužuje lhůtu pro podání nabídek uvedenou v bodě 5.1 Zadávací dokumentace takto:

Nabídky je nutné podat nejpozději do 23. 9. 2020, 10:00 hod.

V Brně dne 9. 9. 2020

doc. Mgr. Tomáš Kašparovský, Ph.D.
děkan

pro účely elektronického podpisu
v.z. Mgr. Pavel Vicherek