

DORUČENO ELEKTRONICKY

V Brně dne 13.10.2020
Č.j. MU-ZAK/169198/2020/1248898/LF-3

Veřejná zakázka malého rozsahu zadávaná mimo režim zákona

„Mikroskopy pro LF MU – podzim 2020“

část č. 1 VZ: Studentské mikroskopy pro Ústav histologie a embryologie LF MU

Vysvětlení, změna, doplnění zadávací dokumentace č. 1

Vážený pane, vážená paní,

Masarykova univerzita, Lékařská fakulta, Kamenice 753/5, 625 00 Brno, IČ 00216224, fakulta veřejné vysoké školy podle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, v platném znění, nezapsaná v obchodním rejstříku (dále jen „zadavatel“), si dovoluje analogicky ustanovení § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „ZZVZ“), vysvětlit, změnit a doplnit zadávací dokumentaci této veřejné zakázky

Dne 12.10.2020 byly zadavateli v souladu se zadávacími podmínkami prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK doručeny žádosti dodavatele o vysvětlení, změnu, doplnění zadávací dokumentace následujícího znění:

1) Dotaz:

Námi nabízené mikroskopy neumožňují splnit požadavek na binokulární tubus, kdy je požadováno, aby tubus byl otočný o 360 stupňů. Ostatní technické požadavky splňujeme a přinášíme některé další konstrukční výhody. Je možné i přesto podat nabídku na tuto veřejnou zakázku?

Odpověď zadavatele:

Zadavatel se na základě výše uvedené žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace a po podrobném posouzení stanovených technických podmínek rozhodl v rámci vymezení nevyhovět žádosti dodavatele, jelikož vzhledem k plánovanému způsobu a účelu využití, je pro zadavatele splnění tohoto technického parametru nezbytné.

2) Zadávací podmínky této veřejné zakázky zůstávají beze změn

S pozdravem

prof. MUDr. Martin Repko, Ph.D.
děkan LF MU

v.z. pro účely el. podpisu
Ing. Marek Buriška
manažer veřejných zakázek