

DORUČENO ELEKTRONICKY

V Brně dne 16.10.2020

Č.j. MU-ZAK/169198/2020/1248898/LF-5

Veřejná zakázka malého rozsahu zadávaná mimo režim zákona

„Mikroskopy pro LF MU – podzim 2020“

část č. 1 VZ: Studentské mikroskopy pro Ústav histologie a embryologie LF MU

Vysvětlení, změna, doplnění zadávací dokumentace č. 2

Vážený pane, vážená paní,

Masarykova univerzita, Lékařská fakulta, Kamenice 753/5, 625 00 Brno, IČ 00216224, fakulta veřejné vysoké školy podle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, v platném znění, nezapsaná v obchodním rejstříku (dále jen „zadavatel“), si dovoluje analogicky ustanovení § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „ZZVZ“), vysvětlit, změnit a doplnit zadávací dokumentaci této veřejné zakázky

Dne 15.10.2020 byly zadavateli v souladu se zadávacími podmínkami prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK doručeny žádosti dodavatele o vysvětlení, změnu, doplnění zadávací dokumentace následujícího znění:

- 1) *Zadavatel požaduje možnost vložení měřicí destičky, resp. ukazovátka či kříže do okuláru. Bude zadavatel akceptovat dodání samostatného okuláru s integrovaným měřítkem nebo křížem místo vkládací měřicí destičky?*
- 2) *Zadavatel požaduje ovládání pracovního stolku pro pravou ruku. Bude zadavatel akceptovat dodání mikroskopu se stolkem s ovládáním pro levou ruku?*

1) Dotaz č. 1:

Zadavatel požaduje možnost vložení měřicí destičky, resp. ukazovátka či kříže do okuláru. Bude zadavatel akceptovat dodání samostatného okuláru s integrovaným měřítkem nebo křížem místo vkládací měřicí destičky?

Odpověď zadavatele:

Zadavatel se na základě výše uvedené žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace a po podrobném posouzení stanovených technických podmínek rozhodl v rámci vymezení nevyhovět žádosti dodavatele, jelikož vzhledem k plánovanému způsobu a účelu využití, je pro zadavatele splnění tohoto technického parametru, tak jak je stanoven, nezbytné.

2) Dotaz č. 2:

Zadavatel požaduje ovládání pracovního stolku pro pravou ruku. Bude zadavatel akceptovat dodání mikroskopu se stolkem s ovládáním pro levou ruku?

Odpověď zadavatele:

Zadavatel se na základě výše uvedené žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace a po podrobném posouzení stanovených technických podmínek rozhodl v rámci vymezení nevyhovět žádosti dodavatele, jelikož vzhledem k plánovanému způsobu a účelu využití, je pro zadavatele splnění tohoto technického parametru, tak jak je stanoven, nezbytné.

3) Zadávací podmínky této veřejné zakázky zůstávají beze změn

S pozdravem

prof. MUDr. Martin Repko, Ph.D.
děkan LF MU

v.z. pro účely el. podpisu
Ing. Marek Buriška
manažer veřejných zakázek