

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

Identifikace veřejné zakázky

Název: EXC2004 Kanálový stolní pipetor
Druh veřejné zakázky: Dodávky
Režim veřejné zakázky: Veřejná zakázka malého rozsahu
Adresa veřejné zakázky: <https://zakazky.muni.cz/vz00005897>

Identifikační údaje zadavatele

Název: Masarykova univerzita – Přírodovědecká fakulta
Sídlo: Kotlářská 267/2, 611 37 Brno
IČ: 00216224
Zastoupen: doc. Mgr. Tomášem Kašparovským, Ph.D., děkanem

Zadavatel k výše uvedené veřejné zakázce uveřejňuje následující vysvětlení č. 1.

Zadavatel obdržel dne 16. 10. 2020 v 11:08:07 prostřednictvím certifikovaného elektronického nástroje pro zadávání zakázek na Masarykově univerzitě E-ZAK následující žádost o vysvětlení zadávací dokumentace.

Dotaz č.1:

V technických podmínkách (minimální požadované technické parametry) máte uvedeno: "Rozměry pipetovacího systému max 45 x 20 x 55 cm (š x h x v), umožňující použití pipetoru v laminárním boxu laboratoře o vnitřním rozměru 115 x 50 x 60 cm (š x h x v)". Chtěli bychom se zeptat, zda bude akceptovatelná větší hloubka pipetovacího systému (30cm), která stále umožní bez problémů použití pipetoru v laminárním boxu o uvedených vnitřních rozměrech.

Odpověď zadavatele č. 1:

Zadavatel mění své technické podmínky, a požaduje rozměry pipetovacího systému max. 45 x 30 x 55 cm (š x h x v), umožňující použití pipetoru v laminárním boxu laboratoře o vnitřním rozměru 115 x 50 x 60 cm (š x h x v).

Zadavatel upřesňuje znění dokumentů, které jsou součástí zadávací dokumentace, a to EXC2004 Předloha návrhu smlouvy a EXC2004 Technické podmínky, část Minimální požadované technické parametry následujícím způsobem:

Rozměry pipetovacího systému max. 45 x 30 x 55 cm (š x h x v), umožňující použití pipetoru v laminárním boxu laboratoře o vnitřním rozměru 115 x 50 x 60 cm (š x h x v).

Zadavatel upozorňuje, že dokumenty v aktuálním znění jsou vloženy v příslušné záložce elektronického nástroje E-ZAK dostupného na <https://zakazky.muni.cz/vz00005897> v sekci Zadávací dokumentace (viz dokumenty EXC2004 Předloha návrhu smlouvy 19_10_2020 a EXC2004 Technické podmínky 19_10_2020).

Dále Zadavatel v souvislosti s výše uvedenou změnou zadávací dokumentace prodlužuje lhůtu pro podání nabídek uvedenou v bodě 5.1 Zadávací dokumentace takto:

Nabídky je nutné podat nejpozději do 4. 11. 2020, 10:00 hod.

V Brně dne 19. 10. 2020

doc. Mgr. Tomáš Kašparovský, Ph.D.
děkan

pro účely elektronického podpisu
v.z. Mgr. Pavel Vicherek