

Všem zájemcům o veřejnou
zakázku

Vyřizuje/tel.

Mgr. Michal Boroš / +420 549 493 220

V Brně, dne 8. 12. 2020

Věc: Veřejná zakázka: Dodávka sad pro kvantifikaci mikro RNA pomocí technologie RealTime PCR

Vysvětlení zadávací dokumentace (1)

Zadavatel poskytuje všem dodavatelům, kteří požádali o vysvětlení zadávací dokumentace nebo kterým byla zadávací dokumentace poskytnuta, případně jiným dodavatelům, kteří vznesli dotaz k zadávacím podmínkám, vysvětlení zadávací dokumentace. Vysvětlení zadávací dokumentace je poskytováno na základě dotazů dodavatelů (dotaz – odpověď) nebo informací poskytovaných zadavatelem (sdělení). Formulace dotazů dodavatelů je doslovně převzata.

Sdělení č. 1:

Zadavatel při po zvážení svých potřeb upravuje ř. 12 sloupec B přílohy č. 1 zadávací dokumentace – Technická specifikace. Minimální požadovaná hodnota sady reagentů pro přípravu vzorků před aplikací na destičky v celkovém množství jako součástí dodávky nově činí **150** reakcí. Zadavatel v tomto smyslu uveřejňuje nové znění předmětné přílohy pod názvem souboru **01_TS_MRNA_v2.xlsx**. Zadavatel dále na základě výše uvedeného snižuje předpokládanou hodnotu veřejné zakázky na **651 000** Kč bez DPH. Ostatní ustanovení týkající se předpokládané hodnoty zůstávají beze změn.

Zadavatel sděluje všem dodavatelům, že **prodlužuje lhůtu pro podání nabídek do 16. 12. 2020 10:00 hod.** Zadavatel dále sděluje všem dodavatelům, že **ostatní ustanovení zadávací dokumentace včetně všech jejích příloh zůstávají beze změn.**

.....
manažer veřejných zakázek