

Technická specifikace

Ordinační a laboratorní skenery 2

Tato veřejná zakázka je rozdělena na dvě části. Účastník je oprávněn podat nabídku do jedné nebo více částí veřejné zakázky, vždy však musí splnit všechny požadavky zadavatele pro tu část veřejné zakázky, do které podává nabídku. V případě parametrů vymezených minimální nebo maximální úrovní nebo rozmezím hodnot musí nabídka účastníka vyhovět alespoň stanovené požadované úrovni.

Část 2 VZ – Laboratorní skener

Laboratorní skener

Počet kusů: 1 ks (+ opce 1 ks)

Zadavatel poptává 3D laboratorní skener pro skenování sádrových i 3D tištěných modelů a otisků, kompatibilní s jinými intraorálními skenery, frézami a CBCT přístroji.

- Skenovací objem – celý oblouk;
- Min. 2 kamery;
- Modré LED světlo;
- Přesnost min. 7 mikronů/10 mikronů (dle ISO 12836);
- Skenování plné textury v barvách (ne pouze černobíle);
- Rychlost skenování – celý oblouk maximálně do 2 minut;
- Otevřený systém s možností exportu dat do formátu .STL;
- Umožňuje skenování celého oblouku usazeného v artikulátoru;
- Obslužný software:
 - Umožňuje návrh korunek, inlajů, fazet, můstků a jejich export ve formátu .STL, modelaci celkových a částečných snímatelných náhrad, návrh konstrukcí a můstků na implantátech, plánování implantátů a návrh implantačních šablon, návrh individuálních abutmentů.
 - Obsahuje modul pro tvorbu virtuálního setupu a exportu modelu pro výrobu fóliových ortodontických aparátů
 - **Časově neomezená licence bez jakýchkoli dodatečných poplatků** (tzn. EDU licence, umožňující plnou funkcionalitu SW pro min. 999 STL exportů modelů pro 3D tisk/rok)
 - Bezplatný upgrade SW po dobu trvání záruční doby na skener.