

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

Identifikace veřejné zakázky

Název: Membránová vakuová pumpa

Druh veřejné zakázky: Dodávky

Režim veřejné zakázky: Veřejná zakázka malého rozsahu

Adresa veřejné zakázky: <https://zakazky.muni.cz/vz00006026>

Identifikační údaje zadavatele

Název: Masarykova univerzita – Přírodovědecká fakulta

Sídlo: Kotlářská 267/2, 611 37 Brno

IČ: 00216224

Zastoupen: doc. Mgr. Tomášem Kašparovským, Ph.D., děkanem

Zadavatel k výše uvedené veřejné zakázce uveřejňuje následující vysvětlení č.1.

Zadavatel obdržel dne 21. 4. 2021 v 11:13:26 prostřednictvím certifikovaného elektronického nástroje pro zadávání zakázek na Masarykově univerzitě E-ZAK následující žádost o vysvětlení zadávací dokumentace.

Dotaz č.1:

Dobrý den,
dovoluji si touto cestou podat dotaz k výběrovému řízení.

Bude zadavatel akceptovat nabídku na 3- stupňovou vývěvu se 4 hlavami (3-stage / 4-head pump) při splnění požadovaného mezního vakua ≤ 0.9 mbar nebo bude nabídka s touto vývěvou vyloučena?

Předem děkuji za odpověď.

Odpověď zadavatele č.1:

V projektu, ze kterého bude veřejná zakázka hrazena, je uvedena explicitně čtyřstupňová pumpa. Zadavatel je tedy povinen dodržet podmínky projektu.

Jak vyplývá z výše uvedeného, zadavatel žádným způsobem nemění zadávací podmínky k předmětné veřejné zakázce. Zadavatel trvá na znění zadávacích podmínek.

V Brně dne 22. 4. 2021

Mgr. Pavel Vicherek
manažer pro koordinaci a správu projektů
(podepsáno elektronicky)