

## Technická specifikace

### Zdravotnické přístroje pro SIMU 2

Tato veřejná zakázka je rozdělena na čtyři části. Účastník je oprávněn podat nabídku do jedné nebo více částí veřejné zakázky, vždy však musí splnit všechny požadavky zadavatele pro tu část veřejné zakázky, do které podává nabídku. V případě parametrů vymezených minimální nebo maximální úrovní nebo rozmezím hodnot musí nabídka účastníka vyhovět alespoň stanovené požadované úrovni.

#### Část 3 VZ – Monitory vitálních funkcí

##### 3.1 Monitor vitálních funkcí:

Počet kusů: 1

Monitor vitálních funkcí pro pacienty všech věkových skupin (dospělí, děti, novorozenci);

- Kompatibilní se stávajícími monitory vitálních funkcí GE Carescape B650 zadavatele (jednotný spotřební materiál a kabeláž);
- Kompaktní řešení přístroje, s integrovanými komponenty pro měření EKG, NIBP, SPO2, IBP (ne modulární)
- Dotykový displej o uhlopříčce min. 12";
- Monitorované parametry: EKG, HR, respirace, ST analýza, NIBP, SPO2, IBP;
- Zobrazení min. 6 křivek současně;
- Akustické a optické alarmy ve 3 úrovních;
- Grafické a numerické trendy min. za 20 h;
- Uživatelský SW v českém jazyce;
- Hmotnost max. 5 kg;
- Madlo pro uchopení při transportu;
- Interní akumulátor na min. 2 h běžného provozu;
- Napájení 230 V/ 50 Hz;
- Datové konektory: monitorovací síť (např. RJ45), zobrazení na druhém monitoru (např. DVI, VGA, apod.), USB.
- Příslušenství a spotřební materiál:
  - EKG kabel pro 3-5 svodů;
  - 30 ks jednorázové EKG elektrody;
  - 1 sada klipsové končetinové EKG elektrody;
  - NIBP hadice pro dospělé i děti;
  - NIBP manžety ve velikosti dětská, dospělá, nadrozměrná (set 1 ks od každé velikosti);
  - SpO<sub>2</sub> prodlužovací kabel, prstové a ušní čidlo pro dospělé;
  - Kabel pro měření teploty a čidlo pro opakované použití;
  - IBP kabel, snímač tlaku.
- Náhradní příslušenství (nad rámec standardního obsahu balení přístroje):
  - EKG kabel pro 3-5 svodů;
  - NIBP hadice pro dospělé;
  - NIBP manžeta ve velikosti pro dospělé;
  - SpO<sub>2</sub> prodlužovací kabel, prstové čidlo pro dospělé;