

Technická specifikace Zdravotnické přístroje pro SIMU 2

Tato veřejná zakázka je rozdělena na čtyři části. Účastník je oprávněn podat nabídku do jedné nebo více částí veřejné zakázky, vždy však musí splnit všechny požadavky zadavatele pro tu část veřejné zakázky, do které podává nabídku. V případě parametrů vymezených minimální nebo maximální úrovní nebo rozmezím hodnot musí nabídka účastníka vyhovět alespoň stanovené požadované úrovni.

Část 4 VZ – EKG 12-svodové

4.1 EKG 12-svodové:

Počet kusů: 1

- min. 8" barevná dotyková obrazovka se zobrazením 12 svodů najednou;
- integrovaná tiskárna pro zápis minimálně šesti stop současně na papír šíře min. 210 mm;
- umožňuje tisk záznamů přímým propojením EKG přístroje a laserové tiskárny prostřednictvím USB;
- min. 3 rozličné rychlosti posuvu (včetně 25 a 50 mm/s);
- paměť pro min. 200 EKG záznamů (10 sec);
- analýza EKG záznamu s textovou interpretací;
- SW pro detailní analýzu záznamu, umožňující porovnání EKG záznamů a budoucí možné rozšíření o zátěžové EKG vyšetření;
- modul pro diagnostiku klidového EKG záznamu mladých sportovců zohledňující Seattle kritéria;
- digitální filtry: el. rozvodná síť, kolísání baseline, pohybové artefakty;
- detekce kardiostimulátoru;
- kontrola kontaktu každé elektrody zvlášť;
- uživatelsky definovatelné profily;
- provozní režimy: manuální, automatický;
- frekvenční rozsah min. 0,05 - 160 Hz;
- citlivost: 5 / 10 / 20 mm/mV;
- vzorkovací frekvence min. 2000 Hz;
- vozík pod přístroj s min. dvěma kolečky vybavenými brzdou, včetně držáku patientského kabelu, s políčkou nebo košíkem na odkládání příslušenství;
- napájení z el. sítě 230V / 50 Hz;
- integrovaný akumulátor na min. 120 minut monitoringu nebo min. 30 tištěných záznamů;
- konektivita: min. WiFi, LAN, USB;
- 300 ks hrudních a končetinových nalepovacích EKG elektrod;
- 12svodový EKG kabel kompatibilní s hrudními a končetinovými nalepovacími elektrodami;
- hrudní balonkové elektrody (sada 6 ks) a klipsové končetinové elektrody (sada 4 ks) s kompatibilním 12svodovým kabelem;
- 10 balení papíru do integrované tiskárny.