

## VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE (1)

### Identifikace veřejné zakázky

Název: Stomatologické motory, mikromotory a endomotory s příslušenstvím  
Druh veřejné zakázky: Dodávky  
Druh zadávacího řízení: Zjednodušené podlimitní řízení  
Režim veřejné zakázky: Podlimitní  
Adresa veřejné zakázky: <https://zakazky.muni.cz/vz00006043>

### Identifikační údaje zadavatele

Název: **Lékařská fakulta Masarykovy univerzity**, fakulta veřejné vysoké školy podle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, v platném znění, nezapsaná v obchodním rejstříku  
Sídlo: Kamenice 753/5, 625 00 Brno  
IČ: 00216224  
Zastoupen: prof. MUDr. Martinem Repkem, Ph.D, děkanem LF MU

## 1. DŮVOD VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

Dne 30. 4. 2021 byla zadavateli doručena žádost o vysvětlení zadávací dokumentace v následujícím znění:

„Část 1 VZ 1.1

Zadavatel požaduje: Celková hmotnost max. 1 kg

(1) Dotaz: Proč je tento parametr 1 kg? Je důležitá takto nízká váha a z jakého hlediska?

Zadavatel požaduje: „Maximální rozměry 75 x 200 x 180 mm“

(2) Dotaz: Proč jsou dány maximální rozměry? Jedná se o vestavbu zařízení? Kde bude zařízení umístěno? Na stole?

Část 3 VZ 3.1

Zadavatel požaduje: „Digitální ukazatel směru otáček (doprava nebo doleva), kroučícího momentu a rychlosti“

(3) Dotaz: Akceptuje zadavatel řešení, kdy je kroučící moment zobrazován pomocí led diod a rychlost digitálně?

Zadavatel požaduje: „Demontáž sklíčidla za účelem čištění bez použití jakýchkoli nástrojů“

(4) Dotaz: Dle našich zkušeností servisní zásahy jako je čištění a demontáž sklíčidla jsou obecně umožněny pouze certifikovanému servisnímu technikovi. Navrhujeme vyškrtnutí tohoto parametru.

Zadavatel požaduje: Výkon max. 160 W“

(5) Dotaz: Prosíme vysvětlení, proč by daný přístroj měl mít výkon pouze do 160 W. Nepřipravuje se zadavatel o možnost pořízení výkonnějšího zařízení?

Zadavatel požaduje: „Kleština síla úchopu min. 100 N - výměna kleštiny bez nástrojů“

(6) Dotaz: Dle našich zkušeností servisní zásahy jako je výměna kleštiny obecně umožněna pouze certifikovanému servisnímu technikovi. Navrhujeme vyškrtnutí tohoto parametru.

Zadavatel požaduje: „Požadavky na násadec“

(7) Dotaz: Může zadavatel specifikovat o jaký typ násadce se jedná a má být součástí nabídky?.

## 2. ODPOVĚĚ ZADAVATELE

Zadavatel tímto v souladu s ustanovením § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, odpovídá na dotaz účastníka následující:

- Ad 1) Zadavatel trvá na svém požadavku z Technické specifikace. Zadavatel požaduje nízkou hmotnost přístroje z důvodu potřeby jeho snadné přenositelnosti a možnosti jeho uchycení i na nebezpečných plochách.
- Ad 2) Zadavatel trvá na svém požadavku z Technické specifikace. Maximální rozměry jsou dány prostorovými možnostmi zadavatelem zamýšleným umístěním přístrojů.
- Ad 3) Zadavatel trvá na svém požadavku z Technické specifikace. Požadavku zadavatele neodporuje, pokud přístroj jednoznačně zobrazuje směr otáček a konkrétní hodnotu kroutícího momentu a rychlosti.
- Ad 4) Zadavatel trvá na svém požadavku z Technické specifikace na demontáž sklíčidla bez jakýchkoli nástrojů pro možnost čištění bez jakýchkoli dodatečných komplikací.
- Ad 5) Zadavatel trvá na svém požadavku z Technické specifikace. Zadavatel poptává výkon potřebný k zajištění jeho potřeb. Nadbytečný výkon s sebou nutně nese nadbytečné náklady na provoz, které by pro zadavatele byly nevhodné vzhledem k jeho potřebám.
- Ad 6) Zadavatel trvá na svém požadavku z Technické specifikace na možnost výměny kleštiny bez nástrojů, tj. bez jakýchkoli dodatečných komplikací při výměně kleštiny.
- Ad 7) Zadavatel dostatečně specifikoval své požadavky na násadec, který má být součástí nabídky, v Technické specifikaci pro část 3 VZ.

V Brně dne 4. 5. 2021

prof. MUDr. Martin Repko, Ph.D.  
Děkan LF MU

v.z. pro účely el. podpisu  
Mgr. Tomáš Kopecký  
manažer veřejných zakázek