

Vysvětlení zadávací dokumentace 1

Identifikace veřejné zakázky

Název: Úpravy stávajících laboratoří pro rozšíření CEITEC - KRYO
 Druh veřejné zakázky: Stavební práce
 Druh zadávacího řízení: Zjednodušené podlimitní řízení
 Adresa veřejné zakázky: <https://zakazky.muni.cz/vz00005956>

Identifikační údaje zadavatele

Název: Masarykova univerzita
 Sídlo: Žerotínovo nám. 617/9, 601 77 Brno
 IČ: 00216224
 Zastoupen: Mgr. Martou Valešovou, MBA, kvestorkou

Na základě žádostí dodavatelů nebo z vlastního podnětu poskytuje zadavatel vysvětlení zadávací dokumentace.

DOTAZ 1

V Sekci I je chybně vložen VV pro část ústředního vytápění. Pro ústřední vytápění je dvakrát vložen VV Sekce II. Žádáme o doložení VV Sekce I - 04_Ustredni vytapeni.

ODPOVĚĎ 1

Zadavatel v příloze tohoto vysvětlení předává účastníkům pro další zpracování nabídky závazný soubor: Sekce I - 04_Ustredni vytapeni-revize1.xls. Původní soupis pozbývá platnosti.

DOTAZ 2

Ve VV Sekce II - 00_Hlavní soupis obsahuje položku č. 73 zámečnický prvek - Z4-úprava stávajícího pororoštu na plošině VZT, kompl. dod+mtz dle výpisu výrobků. Tato položka ale není obsahem souboru CEI - DPS - F 310 - 01 - 101 - 00_Vypis zamecnickych vyrobku. Žádáme o doložení popisu prvku Z4 nebo jeho odstranění z VV.

ODPOVĚĎ 2

Zámečnický prvek Z4 nebude prováděn. Účastníci v souboru: Sekce II - 00_Hlavní soupis.xlsx na listu: SO 310 1 Pol u položky: 73 „Z4-úprava stávajícího pororoštu na plošině VZT, kompl.dod+mtz dle výpisu výrobků“ **uvedou cenu 0 Kč.**

DOTAZ 3

Vzhledem ke statickému přetížení ocelovými konstrukcemi v místnostech č. 1S118, 1S116 a ztužení stropních prostupů v místnostech č. 2S103, 2S094, žádáme o doložení statického řešení projektu. Zároveň žádáme o statický výpočet těchto ocelových konstrukcí, zvláště prvků Z8 a Z10 s ohledem na postup montáže a případné rozdělení jaklů na více montážních částí svařovanými na místě stavby.

ODPOVĚĎ 3

Navržená konstrukce v m.č.1S116 a 1S118 spřažená se stropem je samonosná a strop nepřetíží.

Vyztužení prostupu v m.č.2S094 je navrženo ze dvou profilů HEB 120. Jejich tuhost je větší než tuhost železobetonové desky v profilu otvoru. Popis provádění vyztužení pro m.č.2S094 s 2S103 je dostatečně popsán v technické zprávě – v.č. CEI – DPS – F 310 – 01 – 001 - 00.

Vodorovné nosníky z profilů Jäkl u pol. Z8, Z9, Z10, Z11 mohou být montážně rozděleny kdekoliv na potřebný počet kusů za předpokladu, že spoj bude mít stejnou tuhost jako navržený profil, například přivaření roznášecí

desky tl. 15 mm na každý konec dílu a sešroubování čtyřmi šrouby, jejichž moment setrvačnosti bude alespoň stejný jako moment setrvačnosti navrženého průřezu.

INFORMACE 1

Přesun mikroskopu Talos Artica v m.č.1S116 není předmětem této veřejné zakázky. Účastníci v souboru: Sekce I - 00_Hlavní soupis.xlsx na listu: SO-310 1 Pol u položky: 58 „odborný přesun mikroskopu TRALOS ARTICA G2 a souvisejícího technol.vybavení“ **uvedou cenu 0 Kč.**

INFORMACE 2

Do souboru 03_CEITEC_Upravy laboratorí 1PP E35_Predloha smlouvy.docx se doplňuje text:

III. 23) **Pasportizace**

III. 23) a) Zhotovitel se zavazuje provést pasportizaci Předmětu díla, a to v souladu s metodikou, která je k dispozici na Adrese VZ.

III. 23) b) Vyhотовený pasport bude Objednateli předán jednou v elektronické podobě, a to v editovatelné i needitovatelné verzi. Pasport bude Objednateli předán nejpozději při předání a převzetí Díla.

Pozn.: Text bude doplněn zadavatelem do smlouvy při jejím uzavření s vybraným dodavatelem.

INFORMACE 3

Zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídek do **18. 5. 2021, 10:00 hod.**

Příloha:

Sekce I - 04_Ustřední vytápění-revize1.xls



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání



MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ,
MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY