

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

Identifikace veřejné zakázky

Název: Real-time PCR cycler
Druh veřejné zakázky: Dodávky
Režim veřejné zakázky: Veřejná zakázka malého rozsahu
Adresa veřejné zakázky: <https://zakazky.muni.cz/vz00006062>

Identifikační údaje zadavatele

Název: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta
Sídlo: Kotlářská 267/2, 611 37 Brno
IČ: 00216224
Zastoupen: doc. Mgr. Tomášem Kašparovským, Ph.D., děkanem

Zadavatel k výše uvedené veřejné zakázce uveřejňuje následující vysvětlení č. 1.

Zadavatel obdržel dne 20. 5. 2020 v 17:12:23 prostřednictvím certifikovaného elektronického nástroje pro zadávání zakázek na Masarykově univerzitě E-ZAK následující žádost o vysvětlení zadávací dokumentace.

Dotaz č.1:

Vážený Zadávateľ VZ: "Real-time PCR cycler", obraciam sa na vás s otázkou týkajúcou sa Prílohy č.1- Technická špecifikácia vecí, kde je uvedený požadovaný parameter "LED zdroj svetla". Je možné ponúknuť prístroj s iným zdrojom svetla (Halogen Lamp) pre vyvolanie fluorescencie? Charakter svetelného zdroja nie je pre funkčnosť prístroja, presnosť a reprodukovateľnosť získaných dát relevantný.

Odpoveď zadavatele č. 1:

Zadavateľ požaduje ako zdroj excitácie zdroj svetla LED diodu, jelikož táto má udávanou delší životnosť než jiné zdroje (např. halogenové). Zadavateľ tak minimalizuje dodatečné náklady, pretože se chce vyhnout případné nutnosti vyměnit zdroj excitace v průběhu používání přístroje.

Zadavateľ trvá na dodržení parametrů přístroje uvedených v technických podmínkách. Zadavateľ konstatuje, že žádným způsobem nemění technické podmínky.

V Brně dne 24. 5. 2021

Mgr. Pavel Vicherek
manažer pro koordinaci a správu projektů