

DORUČENO ELEKTRONICKY

V Brně dne 31.5.2021
Č.j. MU-ZAK/116339/2021/1429908/LF-3

Veřejná zakázka malého rozsahu zadávaná mimo režim zákona

„Centrifugy pro LF MU – jaro 2021“

část č. 1 VZ: Chlazená centrifuga pro Biologický ústav

Vysvětlení, změna, doplnění zadávací dokumentace č. 1

Vážený pane, vážená paní,

Masarykova univerzita, Lékařská fakulta, Kamenice 753/5, 625 00 Brno, IČ 00216224, fakulta veřejné vysoké školy podle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, v platném znění, nezapsaná v obchodním rejstříku (dále jen „zadavatel“), si dovoluje analogicky ustanovení § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „ZZVZ“), vysvětlit, změnit a doplnit zadávací dokumentaci této veřejné zakázky

Dne 26.5.2021 byly zadavateli v souladu se zadávacími podmínkami prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK doručeny žádosti dodavatele o vysvětlení, změnu, doplnění zadávací dokumentace následujícího znění:

- 1) *Bude zadavatel akceptovat otáčky rotoru typu A 15 100 RPM, 21 158 xg?*

Na základě výše uvedených dotazů se zadavatel rozhodl poskytnout následující odpovědi:

1) Dotaz č. 1:

Bude zadavatel akceptovat otáčky rotoru typu A 15 100 RPM, 21 158 xg?

Odpověď zadavatele:

Zadavatel se po podrobném posouzení stanovených technických podmínek rozhodl v rámci vymezení technických podmínek této veřejné zakázky ponechat stanovené technické podmínky beze změn.

- 2) Zadavatel při zpětné kontrole technických podmínek objevil jednu formální nepřesnost. V dokumentu „Technické podmínky a Technická specifikace nabízeného plnění“ - přílohy č. 1 návrhu smlouvy, řádek 12 dokumentu, zadavatel formálním nedopatřením (písařskou chybou) uvedl slovní spojení „stopped-flow spektropolarimetr“. Z obsahu technických podmínek a celkové koncepce zadávacích podmínek však jednoznačně vyplývá, že se zadávanou veřejnou zakázkou toto slovní spojení nikterak nesouvisí. Pro formální správnost se zadavatel rozhodl toto slovní spojení z technických podmínek vypustit.

- 3) **Zadavatel jako přílohu tohoto dokumentu o vysvětlení, změně, doplnění zadávací dokumentace přikládá upravený (nový) dokument „Technické podmínky a Technická specifikace nabízeného plnění“ - přílohy č. 1 návrhu smlouvy zohledňující výše uvedené upřesnění/ doplnění zadavatele.**

4) **Ostatní zadávací podmínky této veřejné zakázky zůstávají beze změn**

S pozdravem

prof. MUDr. Martin Repko, Ph.D.
děkan LF MU

v.z. pro účely el. podpisu
Ing. Marek Buriška
manažer veřejných zakázek

Přílohy:

- 1) „Technické podmínky a Technická specifikace nabízeného plnění“ - přílohy č. 1 - oprava ze dne 31.5.2021