

DORUČENO ELEKTRONICKY

V Brně dne 11.6.2021
Č.j. MU-ZAK/120928/2021/1434824/LF-3

Veřejná zakázka malého rozsahu zadávaná mimo režim zákona

„Laminární a PCR boxy pro LF MU - jaro 2021“

část č. 2 VZ: Sterilní box pro přípravu vzorků DNA pro PCR pro Ústav lékařské genetiky a genomiky

Vysvětlení, změna, doplnění zadávací dokumentace č. 1

Vážený pane, vážená paní,

Masarykova univerzita, Lékařská fakulta, Kamenice 753/5, 625 00 Brno, IČ 00216224, fakulta veřejné vysoké školy podle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, v platném znění, nezapsaná v obchodním rejstříku (dále jen „zadavatel“), si dovoluje analogicky ustanovení § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „ZZVZ“), vysvětlit, změnit a doplnit zadávací dokumentaci této veřejné zakázky

Dne 9.6.2021 byly zadavateli v souladu se zadávacími podmínkami prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK doručeny žádosti dodavatele o vysvětlení, změnu, doplnění zadávací dokumentace následujícího znění:

- 1) *chtěl bych se zeptat, zda můžeme nabídnout PCR box, který splňuje veškeré technické požadavky, kromě dotykového displeje s intuitivním ovládáním. Námi nabídnutý přístroj by měl klasické ovládací tlačítka a LCD displej?*

Na základě výše uvedených dotazů se zadavatel rozhodl poskytnout následující odpovědi:

1) Dotaz č. 1:

chtěl bych se zeptat, zda můžeme nabídnout PCR box, který splňuje veškeré technické požadavky, kromě dotykového displeje s intuitivním ovládáním. Námi nabídnutý přístroj by měl klasické ovládací tlačítka a LCD displej?

Odpověď zadavatele:

Zadavatel se po podrobném posouzení stanovených technických podmínek rozhodl v rámci vymezení technických podmínek této veřejné zakázky upravit stanovené technické podmínky.

Zadavatel nově stanovil (vymezil) technické podmínky pro dotčené parametry (stanovené technické podmínky) požadovaného přístroje následujícím způsobem:

Displej s intuitivním ovládáním	ANO, dotykový displej nebo klasické ovládací tlačítka a LCD displej
---------------------------------	---

- 2) **Zadavatel jako přílohu tohoto dokumentu o vysvětlení, změně, doplnění zadávací dokumentace přikládá upravený (nový) dokument „Technické podmínky a „Technická specifikace**

nabízeného plnění“ - přílohy č.1 návrhu smlouvy zohledňující výše uvedené upřesnění/
doplnění zadavatele.

Účastník pro zpracování nabídky použije tyto výše uvedené upravené (nové) dokumenty.

- 3) V návaznosti na výše uvedené poskytnutí vysvětlení, změnu, doplnění zadávací dokumentace se zadavatel rozhodl prodloužit lhůtu pro podání nabídek této veřejné zakázky.

Původní lhůta pro podání nabídek, tj. do 18. 6. 2021 do 13:00 hod. se prodlužuje do 23.6. 2021 do 13:00 hod.

- 4) Ostatní zadávací podmínky této veřejné zakázky zůstávají beze změn

S pozdravem

prof. MUDr. Martin Repko, Ph.D.
děkan LF MU

v.z. pro účely el. podpisu
Ing. Marek Buriška
manažer veřejných zakázek