

DORUČENO ELEKTRONICKY

V Brně dne 11.6.2021
Č.j. MU-ZAK/120918/2021/1434814/LF-3

Veřejná zakázka malého rozsahu zadávaná mimo režim zákona

„Laminární a PCR boxy pro LF MU - jaro 2021“

část č. 1 VZ: Laminární box pro manipulaci s buněčnými kulturami pro Biologický ústav
Vysvětlení, změna, doplnění zadávací dokumentace č. 1

Vážený pane, vážená paní,

Masarykova univerzita, Lékařská fakulta, Kamenice 753/5, 625 00 Brno, IČ 00216224, fakulta veřejné vysoké školy podle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, v platném znění, nezapsaná v obchodním rejstříku (dále jen „zadavatel“), si dovoluje analogicky ustanovení § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „ZZVZ“), vysvětlit, změnit a doplnit zadávací dokumentaci této veřejné zakázky

Dne 9.6.2021 byly zadavateli v souladu se zadávacími podmínkami prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK doručeny žádosti dodavatele o vysvětlení, změnu, doplnění zadávací dokumentace následujícího znění:

- 1) *chtěl bych se zeptat, zda můžeme nabídnout laminární box, který splňuje veškeré technické požadavky, kromě vnitřní výšky pracovního prostoru - 66 cm (požadováno 70 - 80 cm).?*

Na základě výše uvedených dotazů se zadavatel rozhodl poskytnout následující odpovědi:

1) Dotaz č. 1:

chtěl bych se zeptat, zda můžeme nabídnout laminární box, který splňuje veškeré technické požadavky, kromě vnitřní výšky pracovního prostoru - 66 cm (požadováno 70 - 80 cm).?

Odpověď zadavatele:

Zadavatel se po podrobném posouzení stanovených technických podmínek rozhodl v rámci vymezení technických podmínek této veřejné zakázky ponechat stanovené technické podmínky beze změn.

2) Ostatní zadávací podmínky této veřejné zakázky zůstávají beze změn

S pozdravem

prof. MUDr. Martin Repko, Ph.D.
děkan LF MU

v.z. pro účely el. podpisu
Ing. Marek Buriška
manažer veřejných zakázek