

DORUČENO ELEKTRONICKY

V Brně dne 16.6.2021
Č.j. MU-ZAK/120928/2021/1434824/LF-10

Veřejná zakázka malého rozsahu zadávaná mimo režim zákona

„Laminární a PCR boxy pro LF MU - jaro 2021“

část č. 2 VZ: Sterilní box pro přípravu vzorků DNA pro PCR pro Ústav lékařské genetiky a genomiky

Vysvětlení, změna, doplnění zadávací dokumentace č. 3

Vážený pane, vážená paní,

Masarykova univerzita, Lékařská fakulta, Kamenice 753/5, 625 00 Brno, IČ 00216224, fakulta veřejné vysoké školy podle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, v platném znění, nezapsaná v obchodním rejstříku (dále jen „zadavatel“), si dovoluje analogicky ustanovení § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „ZZVZ“), vysvětlit, změnit a doplnit zadávací dokumentaci této veřejné zakázky

Dne 16.6.2021 byly zadavateli v souladu se zadávacími podmínkami prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK doručeny žádosti dodavatele o vysvětlení, změnu, doplnění zadávací dokumentace následujícího znění:

1) Dotykový displej s intuitivním ovládáním

Námi nabízená alternativa nezahrnuje dotykový displej, jehož funkčnost je výrazně ovlivněna konkrétním typem práce, kterou obsluha provádí. Je možno nabídnout box s digitálním displejem a tlačítky?

Na základě výše uvedených dotazů se zadavatel rozhodl poskytnout následující odpovědi:

1) Dotaz č. 1:

Dotykový displej s intuitivním ovládáním

Námi nabízená alternativa nezahrnuje dotykový displej, jehož funkčnost je výrazně ovlivněna konkrétním typem práce, kterou obsluha provádí. Je možno nabídnout box s digitálním displejem a tlačítky?

Odpověď zadavatele:

Zadavatel se k obdobnému dotazu již vyjadřoval v rámci Vysvětlení, změny, doplnění zadávací dokumentace č. 1 ze dne 11.6.2021.

Zadavatel proto opakuje svoji reakci ze dne 11.6.2021

Zadavatel již dne 11.6.2021 stanovil (vymezil) technické podmínky pro dotčené parametry (stanovené technické podmínky) požadovaného přístroje následujícím způsobem:

Displej s intuitivním ovládáním	ANO, dotykový displej nebo klasické ovládací tlačítka a LCD displej
---------------------------------	---

2) Zadávací podmínky této veřejné zakázky zůstávají beze změn

S pozdravem

prof. MUDr. Martin Repko, Ph.D.
děkan LF MU

v.z. pro účely el. podpisu
Ing. Marek Buriška
manažer veřejných zakázek