

Veřejná zakázka malého rozsahu zadávaná mimo režim zákona

Dodávka zařízení pro monitorování přístrojů a místností včetně zajištění souvisejících služeb pro Farmakologický ústav LF MU – opakované řízení

Vysvětlení, změna, doplnění zadávací dokumentace č. 1

Vážený pane, vážená paní,

Masarykova univerzita, Lékařská fakulta, Kamenice 753/5, 625 00 Brno, IČ 00216224, fakulta veřejné vysoké školy podle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, v platném znění, nezapsaná v obchodním rejstříku (dále jen „zadavatel“), si dovoluje analogicky ustanovení § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „ZZVZ“), vysvětlit, změnit nebo doplnit zadávací dokumentaci této veřejné zakázky.

Dne 17.8.2021 byly zadavateli v souladu se zadávacími podmínkami prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK doručeny žádosti dodavatele o vysvětlení, změnu, doplnění zadávací dokumentace následujícího znění:

- 1) Položka č. 1 j) Zařízení pro záznam dat z interního čidla přístroje - měření teploty - typ I
Jaký je výstupní signál z interního čidla přístroje?
- 2) Položka č. 1 k) Zařízení pro záznam dat z interního čidla přístroje - měření koncentrace CO₂ - typ I
Jaký je výstupní signál z interního čidla přístroje?
- 3) Položka č. 1 l) Čidlo pro měření stavu zařízení - typ I Stav laminárního boxu Zapnuto/Vypnuto.
Znamená to tedy, že je požadována pouze signalizace, zda je laminární box zapnut? Např. měřením vstupního proudu.
- 4) Položka č. 1 m) Čidlo pro měření stavu zařízení - typ II Alarm laminárního boxu. OK/alarm Znamená to, že laminární box má stavový výstup OK / Alarm a je pouze třeba tento stav odesílat do systému? Jaký signál to prosím je? Nebo pouze stavové relé a je třeba do systému zaznamenat aktuální stav?
- 5) Ř. 135 TAB 1.31 A :Čidlo pro měření tlaku mezi místnostmi – je požadováno: rozmezí -25 až +25 Pa až do -500 až +500 Pa, přesnost měření: $\pm 0,5$ Pa V podobných případech naši zákazníci používají snímače od -500 Pa do +500 Pa s přesností ± 25 Pa a je to dostačující. Je prosím toto akceptovatelné?
Jak rozumět poznámce „aktuálně však není požadováno“? V které části požadujete toto číslo nabídnout a ocenit?
- 6) Ř. 128 TAB 1.31. A: Měření vlhkosti – čidlo pro měření vlhkosti Co znamená poznámka „aktuálně však není požadováno“? V které části požadujete toto číslo nabídnout a ocenit?
- 7) Položka 1n: Stav CO₂ v tlakových lahvích – je dostatečné řešení použít převodník tlaku a uživatelsky nastavit hodnotu tlaku, při které se sepne alarm „Prázdná lahev“?

Na základě výše uvedených dotazů se zadavatel rozhodl poskytnout následující odpovědi:

1) Dotaz č. 1:

*Položka č. 1 j) Zařízení pro záznam dat z interního čidla přístroje - měření teploty - typ I
Jaký je výstupní signál z interního čidla přístroje?*

Odpověď zadavatele:

Zadavatel v rámci zadávacích podmínek stanovil své požadavky na předmět plnění a očekává, že tímto způsobem bude pořízovaný systém fungovat. Vzhledem ke skutečnosti, že zadavatel není odborníkem v této

oblasti, tak konkrétní technické řešení pro zajištění požadovaných potřeb pak ponechává již na účastníkovi. Za tímto účelem uvedl pro Položku č. 1 j) *Zařízení pro záznam dat z interního čidla přístroje - měření teploty - typ I* do zadávacích podmínek konkrétní modely přístrojů, pro které je toto zařízení požadováno, aby mohl účastník z technických informací o přístroji nabídnout/ navrhnout řešení, které požadavky zadavatele splňuje.

Pro Položku č. 1 j) *Zařízení pro záznam dat z interního čidla přístroje - měření teploty - typ I* se jedná o tyto konkrétní typy/modely přístrojů:

- Výrobce: THERMO-JOUAN, označení přístroje IG-650, výr. číslo 305050380
- Výrobce: THERMO-JOUAN, označení přístroje IG-650, výr. číslo 30011462
- Výrobce: Thermo scientific, označení přístroje: Forma Steri-Cycle 371, výr. číslo: 316797-05386
- Výrobce: Thermo scientific, označení přístroje: Hera Cell 150, výr. číslo: 40651827

2) Dotaz č. 2:

Položka č. 1 k) Zařízení pro záznam dat z interního čidla přístroje - měření koncentrace CO₂ - typ I

Jaký je výstupní signál z interního čidla přístroje?

Odpověď zadavatele:

Zadavatel v rámci zadávacích podmínek stanovil své požadavky na předmět plnění a očekává, že tímto způsobem bude pořízovaný systém fungovat. Vzhledem ke skutečnosti, že zadavatel není odborníkem v této oblasti, tak konkrétní technické řešení pro zajištění požadovaných potřeb pak ponechává již na účastníkovi. Za tímto účelem uvedl pro Položku č. 1 k) *Zařízení pro záznam dat z interního čidla přístroje - měření koncentrace CO₂ - typ I* do zadávacích podmínek konkrétní modely přístrojů, pro které je toto zařízení požadováno, aby mohl účastník z technických informací o přístroji nabídnout/ navrhnout řešení, které požadavky zadavatele splňuje.

Pro Položku č. 1 k) *Zařízení pro záznam dat z interního čidla přístroje - měření koncentrace CO₂ - typ I* se jedná o tyto konkrétní typy/modely přístrojů:

- Výrobce: THERMO-JOUAN, označení přístroje IG-650, výr. číslo 305050380
- Výrobce: THERMO-JOUAN, označení přístroje IG-650, výr. číslo 30011462
- Výrobce: Thermo scientific, označení přístroje: Forma Steri-Cycle 371, výr. číslo: 316797-05386
- Výrobce: Thermo scientific, označení přístroje: Hera Cell 150, výr. číslo: 40651827

3) Dotaz č. 3:

Položka č. 1 l) Čidlo pro měření stavu zařízení - typ I Stav laminárního boxu Zapnuto/Vypnuto.

Znamená to tedy, že je požadována pouze signalizace, zda je laminární box zapnut? Např. měřením vstupního proudu.

Odpověď zadavatele:

Zadavatel požaduje, aby signalizace reálně označovala a zaznamenávala situaci/ stav laminárního boxu, tedy aby poskytovala informaci, že je nebo byl laminární box ve stavu Zapnuto nebo Vypnuto, nikoliv tedy pouze stav Zapnuto. Zadavatel v rámci zadávacích podmínek stanovil své požadavky na předmět plnění a očekává, že tímto způsobem bude pořízovaný systém fungovat. Vzhledem ke skutečnosti, že zadavatel není odborníkem v této oblasti, tak konkrétní technické řešení pro zajištění požadovaných potřeb, pak ponechává již na účastníkovi.

4) Dotaz č. 4:

Položka č. 1 m) Čidlo pro měření stavu zařízení - typ II Alarm laminárního boxu. OK/Alarm Znamená to, že laminární box má stavový výstup OK / Alarm a je pouze třeba tento stav odesílat do systému? Jaký signál to prosím je? Nebo pouze stavové relé a je třeba do systému zaznamenat aktuální stav?

Odpověď zadavatele:

Zadavatel požaduje, aby signalizace reálně označovala a zaznamenávala situaci/ stav laminárního boxu, tedy aby poskytovala informaci, že je nebo byl laminární box ve stavu OK nebo Alarm.

Zadavatel v rámci zadávacích podmínek stanovil své požadavky na předmět plnění a očekává, že tímto způsobem bude pořízovaný systém fungovat. Vzhledem ke skutečnosti, že zadavatel není odborníkem v této

oblasti, tak konkrétní technické řešení pro zajištění požadovaných potřeb pak ponechává již na účastníkovi. Za tímto účelem uvedl pro Položku č. 1 m) Čidlo pro měření stavu zařízení - typ II Alarm laminárního boxu. OK/alarm do zadávacích podmínek konkrétní modely přístrojů, pro které je toto zařízení požadováno, aby mohl účastník z technických informací o přístroji nabídnout/ navrhnout řešení, které požadavky zadavatele splňuje.

Pro Položku č. 1 m) Čidlo pro měření stavu zařízení - typ II Alarm laminárního boxu. OK/alarm se jedná o tyto konkrétní typy/modely přístrojů:

- Výrobce: JOUAN-NORDIC-HOLTEN, označení přístroje SAFE 2010-1,8, výr. číslo 305060490
- Výrobce: JOUAN-NORDIC-HOLTEN, označení přístroje SAFE 2010-1,8, výr. číslo 305060492

5) Dotaz č. 5:

Ř. 135 TAB 1.31 A : Čidlo pro měření přetlaku mezi místnostmi – je požadováno: rozmezí -25 až +25 Pa až do -500 až +500 Pa, přesnost měření: $\pm 0,5$ Pa V podobných případech naši zákazníci používají snímače od -500 Pa do +500 Pa s přesností ± 25 Pa a je to dostačující. Je prosím toto akceptovatelné?

Jak rozumět poznámce „aktuálně však není požadováno“? V které části požadujete toto číslo nabídnout a ocenit?

Odpověď zadavatele:

NE, zadavatel vzhledem ke svým provozním potřebám potřebuje vysokou přesnost měření. Požadavek stanovený zadavatelem na přesnost měření $\pm 0,5$ Pa u Čidla pro měření přetlaku mezi místnostmi zůstává beze změn.

Zadavatel v rámci zadávacích podmínek stanovil své požadavky na předmět plnění. V rámci stanovení těchto podmínek zadavatel rovněž požaduje, aby pořízované zařízení (systém monitoringu) disponovalo i funkcionalitou/ zařízením pro měření přetlaku mezi místnostmi, resp. aby pořízovaný systém monitoringu tuto funkcionalitu umožňoval, zejména s ohledem na budoucí možné rozšíření tohoto systému. Vzhledem k tomu, že se jedná pouze o požadavek aby tuto funkcionalitu systém uměl, ale nejedná se o součást dodávky, požaduje zadavatel uvedení daného zařízení, kterým bude toto zajištěno (pro kontrolu nabídky - ověření této funkcionality). Vzhledem k této skutečnosti pak není již tento požadavek součástí položkových rozpočtů.

6) Dotaz č. 6:

Ř. 128 TAB 1.31. A: Měření vlhkosti – čidlo pro měření vlhkosti Co znamená poznámka „aktuálně však není požadováno“? V které části požadujete toto číslo nabídnout a ocenit?

Odpověď zadavatele:

Zadavatel v rámci zadávacích podmínek stanovil své požadavky na předmět plnění. V rámci stanovení těchto podmínek zadavatel rovněž požaduje, aby pořízované zařízení (systém monitoringu) disponovalo i funkcionalitou/ zařízením pro výše uvedené Měření vlhkosti – čidlo pro měření vlhkosti, resp. aby pořízovaný systém monitoringu tuto funkcionalitu umožňoval, zejména s ohledem na budoucí možné rozšíření tohoto systému. Vzhledem k tomu, že se jedná pouze o požadavek aby tuto funkcionalitu systém uměl, ale nejedná se o součást dodávky, požaduje zadavatel uvedení daného zařízení, kterým bude toto zajištěno (pro kontrolu nabídky - ověření této funkcionality). Vzhledem k této skutečnosti pak není již tento požadavek součástí položkových rozpočtů.

7) Dotaz č. 7:

Položka 1n: Stav CO₂ v tlakových lahvích – je dostatečné řešení použít převodník tlaku a uživatelsky nastavit hodnotu tlaku, při které se sepne alarm „Prázdná lahev“?

Odpověď zadavatele:

ANO, tato skutečnost vyplývá z požadavků uvedených zadavatelem v zadávacích podmínkách. Zadavatel v rámci zadávacích podmínek stanovil své požadavky na předmět plnění a očekává, že tímto způsobem bude pořízovaný systém fungovat. Vzhledem ke skutečnosti, že zadavatel není odborníkem v této oblasti, tak konkrétní technické řešení pro zajištění požadovaných potřeb pak ponechává již na účastníkovi.

8) Zadavateli byla žádost o vysvětlení zadávacích podmínek doručena dne 17.8.2021. Dle zadávacích podmínek měl zadavatel poskytnout odpověď do 3 pracovních dnů. Zadavatel zaslal odpověď 4 pracovní den. V návaznosti na výše uvedené a poskytnutí vysvětlení zadávací dokumentace se zadavatel rozhodl prodloužit lhůtu pro podání nabídek této veřejné zakázky.

Původní lhůta pro podání nabídek, tj. do 24. 8. 2021 do 13:00 hod. se prodlužuje do 26.8. 2021 do 13:00 hod.

9) **Zadávací podmínky této veřejné zakázky zůstávají beze změn**

S pozdravem

prof. MUDr. Martin Repko, Ph.D.
děkan LF MU

v.z. pro účely el. podpisu
Ing. Marek Buriška
manažer veřejných zakázek