

VYSVĚTLENÍ A ZMĚNA ZADÁVACÍ DOKUMENTACE 2.

Identifikace veřejné zakázky

Název: **EXC2116B Centrifugační vakuový koncentrátor s příslušenstvím (2ks)**

Druh veřejné zakázky: Dodávky

Druh zadávacího řízení: Zjednodušené podlimitní řízení

Adresa veřejné zakázky: <https://zakazky.muni.cz/vz00006143>

Identifikační údaje zadavatele

Název: **Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta**

Sídlo: Kotlářská 267/2, 611 37 Brno

IČ: 00216224

- Zadavatel obdržel **dne 23. 8. 2021** prostřednictvím el. nástroje E-ZAK žádost o vysvětlení zadávací dokumentace, obsahující níže uvedený dotaz:

„V ZD je uveden požadavek na možnost nastavení sušicí teploty 0°C až 60°C. Chápeme, že pro jemné sušení je zapotřebí i nižší teploty, než +35°C, avšak sušení se nikdy neřeší teplotou nižší, než je teplota v místnosti. Bude zadavatel akceptovat zařízení, které má nastavitelný rozsah sušení od okolní teploty (tzn. cca 20°C) až +80°C?“

K dotazu Zadavatel uvádí:

Zadavatel mění čl. 5 Formuláře nabídky –Věc a minimální technické požadavky následovně;

místo:

„Technické řešení vakuového koncentrátoru umožňuje

- možnost nastavení sušicí teploty komory v rozsahu min. 0 - 60 °C (změna po krocích min. 3°C),

automatické ukončení teplotního cyklu po dosažení nastaveného času sušení“

se uvádí:

„Technické řešení vakuového koncentrátoru umožňuje

- možnost nastavení sušicí teploty komory v rozsahu min. **laboratorní teplota** - 60 °C (změna po krocích min. 3°C),
- **možnost zobrazení teploty komory v rozsahu min. laboratorní teplota - 60 °C**

automatické ukončení teplotního cyklu po dosažení nastaveného času sušení“



Zadavatel tedy bude v dotazu uvedené řešení akceptovat.

Původní lhůta pro podání nabídek byla stanovena do 11. 8. 2021, 10:00 hod, přičemž tato byla na základě změny zadávacích podmínek ze dne 4. 8. 2021 prodloužena do 30. 8. 2021, 10:00 hod.

Jelikož výše uvedené změny mohou rozšířit okruh možných účastníků zadávacího řízení, **zadavatel opět prodloužil**, v souladu s ustanovením § 99 odst.2 ZZVZ, **lhůtu pro podání nabídek a to do 20. 9. 2021 do 10:00 hod.**

Zadavatel níže přikládá aktualizovaný Formulář nabídky obsahující změny v Minimálních technických požadavcích. **Splnění veškerých požadavků zadavatele, tj. požadavků na předmět veřejné zakázky, na kvalifikaci či na předložení údajů rozhodných pro hodnocení, prokážou dodavatelé předložením tohoto aktualizovaného formuláře nabídky včetně příslušných příloh nebo jiných rovnocenných dokladů.**

Příloha:

EXC2116B_Centrifugacni_vakuovy_konzentrator_(2ks)_Formular_nabidky_Zmena_240821