



DORUČENO ELEKTRONICKY!

V Brně dne 4. 4. 2012
č.j: MU/9156/2012/CEITEC

Věc: Dodatečné informace k zadávacím podmínkám veřejné zakázky s názvem „Systém pro depozici atomárních vrstev (ALD)“

I.

Zadavatel shora uvedené zakázky obdržel dne 30. 3. 2012 níže uvedenou žádost o dodatečné informace k zadávacím podmínkám. Zadavatel k uvedeným dotazům poskytuje v souladu s ustanovením § 49 odst. 2 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen Zákon), následující odpovědi s dodatečnými informacemi.

Dotaz

„Can Argon be used as the carrier gas as an alternative to nitrogen?“

Odpověď zadavatele

Yes, Argon can be used as the carrier/protective flow gas instead of nitrogen.

Mgr. Jan Sedláček
administrátor veřejných zakázek CEITEC MU