



MASARYKOVA UNIVERZITA LÉKAŘSKÁ FAKULTA

Brno, 5. dubna 2012
Č. j. MU/20621/2012/LF

Veřejná zakázka malého rozsahu

**„Speciální vizualizační zařízení na operační sály pro LF MU“ – dodatečné informace
k zadávacím podmínkám č.2 – pro část 1**

Vážená paní, vážený pane,

Masarykova univerzita, veřejná vysoká škola podle zákona č. 111/1998 Sb., nezapsaná v obchodním rejstříku, se sídlem Žerotínovo nám. 9, 601 77 Brno (dále jen "**zadavatel**"), si dovoluje na základě žádosti o dodatečné informace analogicky s §49 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách vydat tuto dodatečnou informaci k zadávacím podmínkám pro části 1 veřejné zakázky:

pro 1. část VZ: Sestava pro záznam a zpracování videa pro Kliniku otorinolaryngologie

Otázka č.1:

„Chtěla bych podat dotazy za společnost B. Braun Medical s.r.o. k části 1 veřejné zakázky.

dotaz c. 1: akceptuje zadavatel kamerovou jednotku bez anti-moire filtru?“

Odpověď:

Zadavatel trvá na požadavcích uvedených v technické specifikaci v příloze C:

Část 1 Sestava pro záznam a zpracování videa pro Kliniku otorinolaryngologie

Technická specifikace:

1. Full HDTV 3čipová kamera
- funkce: digitální anti-moiré filtr, ...


Otázka č.2:

Dotaz c. 2: Otázka kompatibility-zarizeni jakeho vyrobce klinika pouziva?

Odpověď

Zadavatel upřesňuje požadavek uvedený v technické specifikaci v příloze C:

Část 1 Sestava pro záznam a zpracování videa pro Kliniku otorinolaryngologie





Technická specifikace:

1. Full HDTV 3čipová kamera
- kompatibilita se současným endoskopickým vybavením bez nutnosti použití redukci – **současné vybavení od německé firmy Richard-Wolf**

Otázka č.3:

„Dotaz c. 3: akceptuje zadavatel nesterilizovatelnou kamerovou hlavu?“

Odpověď:

Zadavatel trvá na požadavcích uvedených v technické specifikaci v příloze C:

Část 1 Sestava pro záznam a zpracování videa pro Kliniku otorinolaryngologie

Technická specifikace:

1. Full HDTV 3čipová kamera
- resterilizovatelná kamerová hlava se šikmo vyvedeným kabelem

Ostatní zadávací podmínky pro část 1 veřejné zakázky zůstávají nezměněny.

S pozdravem

prof. MUDr. Jiří Mayer, CSc.
děkan LF MU

v.z. pro účely el. podpisu
Jitka Smutná, manažerka veřejných zakázek

