

Veřejná zakázka malého rozsahu zadávaná mimo režim zákona

## „Laminární boxy pro Ústav histologie a embryologie LF MU“

### Vysvětlení, změna, doplnění zadávací dokumentace č. 1

Vážený pane, vážená paní,

Masarykova univerzita, Lékařská fakulta, Kamenice 753/5, 625 00 Brno, IČ 00216224, fakulta veřejné vysoké školy podle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, v platném znění, nezapsaná v obchodním rejstříku (dále jen „zadavatel“), si dovoluje analogicky ustanovení § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „ZZVZ“), vysvětlit, změnit nebo doplnit zadávací dokumentaci této veřejné zakázky

Dne 11.10.2021 byly zadavateli v souladu se zadávacími podmínkami prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK doručeny žádosti dodavatele o vysvětlení, změnu, doplnění zadávací dokumentace následujícího znění:

- 1) *Je pro vás přípustné nabídnutí laminárních boxů, které mají rozměr pracovní plochy 1192 x 580 mm a vnější rozměr 810 mm (81 cm) s tím, že nastěhování dveřmi rozměru 80x197 cm bude zajištěno?*
- 2) *Je pro vás přípustné, aby součástí vybavení a příslušenství boxu byl klasický stojan bez koleček?*

Na základě výše uvedených dotazů se zadavatel rozhodl poskytnout následující odpovědi:

**1) Dotaz č. 1:**

*Je pro vás přípustné nabídnutí laminárních boxů, které mají rozměr pracovní plochy 1192 x 580 mm a vnější rozměr 810 mm (81 cm) s tím, že nastěhování dveřmi rozměru 80x197 cm bude zajištěno?*

Odpověď zadavatele:

**a) rozměr pracovní plochy**

Zadavatel se po podrobném posouzení stanovených technických podmínek rozhodl v rámci vymezení technických podmínek této veřejné zakázky upravit stanovené technické podmínky.

**Zadavatel nově stanovil (vymezil) technické podmínky pro dotčené parametry (stanovené technické podmínky) požadovaného přístroje následujícím způsobem:**

<b>rozměr pracovní plochy</b>	<b>jednotlivé rozměry minimálně 1190 mm x 580 mm</b>
-------------------------------	--

**b) vnější hloubka laminárních boxů**

Zadavatel stanovil požadavek na vnější hloubku laminárních boxů: maximálně do 80 cm za účelem zajištění toho, aby laminární boxy byly schopné projít (být stěhovatelné) dveřmi (dvěřním otvorem) o rozměrech (šxv): 80 cm x 197 cm.

Pokud bude zajištěno, aby laminární boxy byly schopné projít (být stěhovatelny) dveřmi (dvěřním otvorem) o rozměrech (šxv): 80 cm x 197 cm. není nezbytné, aby vnější hloubka boxů byla maximálně do 80 cm. Zadavatel se po podrobném posouzení stanovených technických podmínek rozhodl v rámci vymezení technických podmínek této veřejné zakázky vypustit požadavek na **vnější hloubku laminárních boxů maximálně do 80 cm.**

2) **Dotaz č. 2:**

*Je pro vás přípustné, aby součástí vybavení a příslušenství boxu byl klasický stojan bez koleček?*

Odpověď zadavatele:

Zadavatel se po podrobném posouzení stanovených technických podmínek rozhodl v rámci vymezení technických podmínek této veřejné zakázky upravit stanovené technické podmínky. Zadavatel akceptuje variantu stojanu s kolečky i bez koleček.

Zadavatel **nově stanovil (vymezil) technické podmínky pro dotčené parametry (stanovené technické podmínky) požadovaného přístroje následujícím způsobem:**

<b>součástí vybavení je stojan</b>	<b>ANO, je možné nabídnout stojan s kolečky i bez koleček</b>
------------------------------------	---

3) **Zadavatel jako přílohu tohoto dokumentu o vysvětlení, změně, doplnění zadávací dokumentace přikládá upravený (nový) dokument „Technické podmínky a „Technická specifikace nabízeného plnění“ - přílohy č.1 návrhu smlouvy zohledňující výše uvedené upřesnění/doplnění zadavatele.**

**Účastník pro zpracování nabídky použije tyto výše uvedené upravené (nové) dokumenty.**

4) V návaznosti na výše uvedené poskytnutí vysvětlení, změnu, doplnění zadávací dokumentace se zadavatel rozhodl prodloužit lhůtu pro podání nabídek této veřejné zakázky.

**Původní lhůta pro podání nabídek, tj. do 20. 10. 2021 do 13:00 hod. se prodlužuje do 25.10. 2021 do 13:00 hod.**

5) **Ostatní zadávací podmínky této veřejné zakázky zůstávají beze změn**

S pozdravem

prof. MUDr. Martin Repko, Ph.D.  
děkan LF MU

v.z. pro účely el. podpisu  
Ing. Marek Buriška  
manažer veřejných zakázek