

DORUČENO ELEKTRONICKY

V Brně dne 15.10.2021  
Č.j. MU-ZAK/204833/2021/1521022/LF-2

Veřejná zakázka malého rozsahu zadávaná mimo režim zákona

## „Hypoxický termostat pro LF MU“

### Vysvětlení, změna, doplnění zadávací dokumentace č. 1

Vážený pane, vážená paní,

Masarykova univerzita, Lékařská fakulta, Kamenice 753/5, 625 00 Brno, IČ 00216224, fakulta veřejné vysoké školy podle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, v platném znění, nezapsaná v obchodním rejstříku (dále jen „zadavatel“), si dovoluje analogicky ustanovení § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „ZZVZ“), vysvětlit, změnit nebo doplnit zadávací dokumentaci této veřejné zakázky

Zadavatel zjistil, že v dokumentu „Technické podmínky a Technická specifikace nabízeného plnění“ - Příloha č. 1 Smlouvy“ formálním nedopatřením (písařskou chybou) nesprávně stanovil jednu z uvedených technických podmínek.

Pro vyloučení všech pochybností tímto zadavatel sjednává nápravu a upravuje tuto stanovenou podmínku:

Zadavatel původně stanovil tuto technickou podmínku

vnitřní prostor ze slitiny mědi a nerez	ANO, s kontinuální filtrací vzduchu kolem vestavěné UV výbojky, nebo dosažení třídy čistoty ISO Class 5 (Class A)
---	---

Vzhledem ke zjištěné nepřesnosti, zadavatel nově stanovil (vymezil) technické podmínky pro dotčené parametry (stanovené technické podmínky) požadovaného přístroje následujícím způsobem:

dosažení sterility inkubátoru	<p>přístroj musí splňovat alespoň jednu z uvedených podmínek:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) <b>vnitřní prostor ze slitiny mědi a nerez</b> s kontinuální filtrací vzduchu kolem vestavěné UV výbojky,</li> <li>nebo</li> <li>2) <b>kontinuální filtrace vnitřní atmosféry celého objemu k dosažení třídy čistoty ISO Class 5 (Class A)</b></li> </ol>
-------------------------------	---

- 1) Zadavatel jako přílohu tohoto dokumentu o vysvětlení, změně, doplnění zadávací dokumentace

přikládá upravený (nový) dokument „Technické podmínky a „Technická specifikace nabízeného plnění“ - přílohy č.1 návrhu smlouvy zohledňující výše uvedené upřesnění/doplnění zadavatele.

Účastník pro zpracování nabídky použije tyto výše uvedené upravené (nové) dokumenty.

- 2) Ostatní zadávací podmínky této veřejné zakázky zůstávají beze změn

S pozdravem

prof. MUDr. Martin Repko, Ph.D.  
děkan LF MU

v.z. pro účely el. podpisu  
Ing. Marek Buriška  
manažer veřejných zakázek