

Veřejná zakázka malého rozsahu zadávaná mimo režim zákona

„Laminární boxy pro Ústav histologie a embryologie LF MU“

Vysvětlení, změna, doplnění zadávací dokumentace č. 2

Vážený pane, vážená paní,

Masarykova univerzita, Lékařská fakulta, Kamenice 753/5, 625 00 Brno, IČ 00216224, fakulta veřejné vysoké školy podle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, v platném znění, nezapsaná v obchodním rejstříku (dále jen „zadavatel“), si dovoluje analogicky ustanovení § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „ZZVZ“), vysvětlit, změnit nebo doplnit zadávací dokumentaci této veřejné zakázky

Dne 14.10.2021 byly zadavateli v souladu se zadávacími podmínkami prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK doručeny žádosti dodavatele o vysvětlení, změnu, doplnění zadávací dokumentace následujícího znění:

- 1) *Zadavatel požaduje součástí dodávky provedení tzv. validací boxů. Prosíme o upřesnění, zda zadavatel požaduje, aby validace byly provedeny akreditovaným subjektem ČIA (Českým institutem pro akreditaci).*

Na základě výše uvedených dotazů se zadavatel rozhodl poskytnout následující odpovědi:

1) Dotaz č. 1:

Zadavatel požaduje součástí dodávky provedení tzv. validací boxů. Prosíme o upřesnění, zda zadavatel požaduje, aby validace byly provedeny akreditovaným subjektem ČIA (Českým institutem pro akreditaci).

Odpověď zadavatele:

Zadavatel v dokumentu „1.3 Příloha A - Smluvní vzor (návrh smlouvy)“ v čl. 2.2 písm. e) stanovuje:

Součástí předmětu plnění dle této Smlouvy je rovněž:

.....

e) servis po dobu celé záruční lhůty dle čl. 6.1. této Smlouvy v rozsahu stanovém výrobcem včetně validace a kalibrace, předepsaných preventivních prohlídek, kontrol, revizí a preventivních údržbových prací (jestliže je výrobce nebo právní předpisy ČR vyžadují nebo pokud jimi Prodávající podmiňuje platnost záruky, včetně veškerých oprav, dodávky náhradních dílů a dále včetně cestovného a práce servisních techniků).

Pro vyloučení všech pochybností zadavatel uvádí, že požadavek na provádění validací a kalibrací je v odstavci podmíněn, tedy tento požadavek na provádění platí pouze v případě, že je výrobce nebo právní předpisy ČR vyžadují nebo pokud jimi Prodávající podmiňuje platnost záruky.

Zadavatel v zadávacích podmínkách tedy přímo explicitně nedefinuje kým a jak mají být případné validace provedeny.

Zadavatel pouze požaduje, pokud provedení validací nebo kalibrací bude vyžadováno jedním nebo vícero výše uvedenými subjekty/ normami, musí být provedeny dle požadavků stanovených těmito subjekty nebo normami.

2) Zadávací podmínky této veřejné zakázky zůstávají beze změn

S pozdravem

prof. MUDr. Martin Repko, Ph.D.
děkan LF MU

v.z. pro účely el. podpisu
Ing. Marek Buriška
manažer veřejných zakázek