

DORUČENO ELEKTRONICKY

V Brně dne 15.10.2021
Č.j. MU-ZAK/204833/2021/1521022/LF-3

Veřejná zakázka malého rozsahu zadávaná mimo režim zákona

„Hypoxický termostat pro LF MU“

Vysvětlení, změna, doplnění zadávací dokumentace č. 2

Vážený pane, vážená paní,

Masarykova univerzita, Lékařská fakulta, Kamenice 753/5, 625 00 Brno, IČ 00216224, fakulta veřejné vysoké školy podle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, v platném znění, nezapsaná v obchodním rejstříku (dále jen „zadavatel“), si dovoluje analogicky ustanovení § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „ZZVZ“), vysvětlit, změnit nebo doplnit zadávací dokumentaci této veřejné zakázky

Zadavatel se omlouvá za zmatky, ale v dokumentu „Technické podmínky a Technická specifikace nabízeného plnění“ - Příloha č. 1 Smlouvy“ v upravované formulaci zůstala ještě jedna původní technická nepřesnost a vyvstala potřeba ji ještě dodatečně opravit

Pro vyloučení všech pochybností tímto zadavatel sjednává nápravu:

Zadavatel původně stanovil tuto technickou podmínku

dosažení sterility inkubátoru	<p>přístroj musí splňovat alespoň jednu z uvedených podmínek:</p> <p>1) vnitřní prostor ze slitiny mědi a nerezů s kontinuální filtrací vzduchu kolem vestavěné UV výbojky,</p> <p>nebo</p> <p>2) kontinuální filtrace vnitřní atmosféry celého objemu k dosažení třídy čistoty ISO Class 5 (Class A)</p>
-------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vzhledem ke zjištěné nepřesnosti, zadavatel nově stanovil (vymezil) technické podmínky pro dotčené parametry (stanovené technické podmínky) požadovaného přístroje následujícím způsobem:

dosažení sterility inkubátoru	<p>přístroj musí splňovat alespoň jednu z uvedených podmínek:</p> <p>1) vnitřní prostor ze slitiny mědi a nerezů s dekontaminací vzduchu s pomocí UV výbojky,</p>
-------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

	nebo 2) kontinuální filtrace vnitřní atmosféry celého objemu k dosažení třídy čistoty ISO Class 5 (Class A)
--	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- 1) Zadavatel jako přílohu tohoto dokumentu o vysvětlení, změně, doplnění zadávací dokumentace přikládá upravený (nový) dokument „Technické podmínky a „Technická specifikace nabízeného plnění“ - přílohy č. 1 návrhu smlouvy zohledňující výše uvedené upřesnění/doplnění zadavatele.

Účastník pro zpracování nabídky použije tyto výše uvedené upravené (nové) dokumenty.

- 2) Ostatní zadávací podmínky této veřejné zakázky zůstávají beze změn

S pozdravem

prof. MUDr. Martin Repko, Ph.D.
děkan LF MU

v.z. pro účely el. podpisu
Ing. Marek Buriška
manažer veřejných zakázek