

DORUČENO ELEKTRONICKY

V Brně dne 19.10.2021  
Č.j. MU-ZAK/204833/2021/1521022/LF-5

Veřejná zakázka malého rozsahu zadávaná mimo režim zákona

## „Hypoxický termostat pro LF MU“

### Vysvětlení, změna, doplnění zadávací dokumentace č. 3

Vážený pane, vážená paní,

Masarykova univerzita, Lékařská fakulta, Kamenice 753/5, 625 00 Brno, IČ 00216224, fakulta veřejné vysoké školy podle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, v platném znění, nezapsaná v obchodním rejstříku (dále jen „zadavatel“), si dovoluje analogicky ustanovení § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „ZZVZ“), vysvětlit, změnit nebo doplnit zadávací dokumentaci této veřejné zakázky

Dne 18.10.2021 byly zadavateli v souladu se zadávacími podmínkami prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK doručeny žádosti dodavatele o vysvětlení, změnu, doplnění zadávací dokumentace následujícího znění:

- 1) *Je pro vás přípustné nabídnutí zařízení- hypoxický termostat, které má CO2 koncentraci minimálně v rozsahu 1-20 %, +/- 0,15 %?*

Na základě výše uvedených dotazů se zadavatel rozhodl poskytnout následující odpovědi:

**1) Dotaz č. 1:**

*Je pro vás přípustné nabídnutí zařízení- hypoxický termostat, které má CO2 koncentraci minimálně v rozsahu 1-20 %, +/- 0,15 %?*

Odpověď zadavatele:

Zadavatel se po podrobném posouzení stanovených technických podmínek rozhodl v rámci vymezení technických podmínek této veřejné zakázky vyhovět zaslané žádosti a upravit stanovené technické podmínky.

Zadavatel **nově stanovil (vymezil) technické podmínky pro dotčené parametry (stanovené technické podmínky) požadovaného přístroje následujícím způsobem:**

CO2 koncentrace	minimálně v rozsahu 1 – 20 %, ± 0,15 %
-----------------	--

- 2) **Zadavatel jako přílohu tohoto dokumentu o vysvětlení, změně, doplnění zadávací dokumentace přikládá upravený (nový) dokument „Technické podmínky a „Technická specifikace nabízeného plnění“ - přílohy č.1 návrhu smlouvy zohledňující výše uvedené upřesnění/ doplnění zadavatele.**

**Účastník pro zpracování nabídky použije tyto výše uvedené upravené (nové) dokumenty.**

- 3) V návaznosti na výše uvedené poskytnutí vysvětlení, změnu, doplnění zadávací dokumentace se

zadavatel rozhodl prodloužit lhůtu pro podání nabídek této veřejné zakázky.

**Původní lhůta pro podání nabídek, tj. do 27. 10. 2021 do 13:00 hod. se prodlužuje do 1.11. 2021 do 13:00 hod.**

- 4) **Ostatní zadávací podmínky této veřejné zakázky zůstávají beze změn**

S pozdravem

prof. MUDr. Martin Repko, Ph.D.  
děkan LF MU

v.z. pro účely el. podpisu  
Ing. Marek Buriška  
manažer veřejných zakázek