

Vysvětlení a změna zadávacích podmínek č. 1

Identifikace veřejné zakázky

Název: EXC2120 Mikrocentrifuga

Druh veřejné zakázky: Veřejná zakázka na dodávky

Režim veřejné zakázky: Veřejná zakázka malého rozsahu

Adresa veřejné zakázky: <https://zakazky.muni.cz/vz00006254>

Identifikační údaje zadavatele

Název: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta

Sídlo: Kotlářská 267/2, 611 37 Brno

IČO: 00216224

Jejímž jménem jedná: doc. Mgr. Tomáš Kašparovský, Ph.D., děkan
Přírodovědecké fakulty

(dále v textu jen „zadavatel“)

Zadavatel zahájil dne 23. 11. 2021 výběrové řízení na výše uvedenou, předmětnou veřejnou zakázku malého rozsahu. Dne 26. 11. 2021 a 29. 11. 2021 obdržel zadavatel žádost o vysvětlení zadávacích podmínek následujícího znění (zadavatel ponechává znění žádosti v původním znění a označuje jej v následujícím textu kurzívou):

Dotaz č. 1 ze dne 26. 11. 2021

Dobrý den,

v rámci zadávacího řízení „EXC2120 Mikrocentrifuga“ Vás žádáme o vysvětlení zadávací dokumentace.

Dotaz:

Bude zadavatel akceptovat centrifugu s níže uvedeným parametrem nastavení rychlosti?

Minimální rozsah otáček 200 rpm - 15 000 rpm s krokem nastavení otáček 100 rpm.

Dotaz č. 2 ze dne 29. 11. 2021

Dobrý den,

prosíme o vysvětlení zadávací dokumentace v následujícím bodě:

Požadujete centrifugu s krokem nastavení otáček 10 rpm. Hodnoty otáček pro stáčení vzorků v laboratořích se pohybují v řádech 100 rpm. Je možné nabídnout centrifugu s tímto krokem nastavení otáček, tedy krok 100 rpm?

Odpověď zadavatele:

S ohledem na skutečnost, že obsahem obou žádostí byly dotazy směřující ke stejnému technickému parametru předmětu veřejné zakázky, poskytuje zadavatel souhrnnou odpověď.

Zadavatel mění technické podmínky uvedené v příloze č. 2 Zadávací dokumentace, a to následujícím způsobem:

Původní znění:

Minimální rozsah otáček 200 rpm - 13 000 rpm s krokem nastavení otáček 10 rpm

Nové znění:

Minimální rozsah otáček 200 rpm – 13 000 rpm s krokem nastavení otáček max. 100 rpm

V rámci změny zadávací dokumentace zadavatel navyšuje požadavek na krok nastavení otáček z 10 rpm na max. 100 rpm. Zadavatel dále konstatuje, že pokud dodavatel nabídne zboží s rozsahem otáček 200 rpm - 15 000 rpm bude tento rozsah v souladu se zadávacími podmínkami. Dodavateli však nenáleží žádná výhoda, zejména při hodnocení nabídek, která by plynula z nabízeného vyššího rozmezí otáček, než je minimální rozsah zadavatelem požadovaný.

S ohledem na charakter změn provedených v zadávacích podmínkách, které mohou mít dopad na okruh potenciálních dodavatelů předmětu plnění veřejné zakázky prodlužuje zadavatel lhůtu pro podání nabídek o 4 pracovní dny.

Aktuální lhůtu pro podání nabídek seznají dodavatelé z profilu zadavatele na kartě předmětné veřejné zakázky.

Přílohy:

1. Návrh smlouvy vč. Technických podmínek ve znění změny č. 1
2. Technické podmínky ve znění změny č. 1