

Vysvětlení zadávacích podmínek č. 1

Identifikace veřejné zakázky

Název: EXC2101 Vakuová rotační odparka s recirkulačním chladičem (2 sety)

Druh veřejné zakázky: Veřejná zakázka na dodávky

Režim veřejné zakázky: Veřejná zakázka malého rozsahu

Adresa veřejné zakázky: <https://zakazky.muni.cz/vz00006275>

Identifikační údaje zadavatele

Název: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta

Sídlo: Kotlářská 267/2, 611 37 Brno

IČO: 00216224

Jejímž jménem jedná: doc. Mgr. Tomáš Kašparovský, Ph.D., děkan
Přírodovědecké fakulty

(dále v textu jen „zadavatel“)

Zadavatel zahájil dne 22. 11. 2021 výběrové řízení na výše uvedenou, předmětnou veřejnou zakázku malého rozsahu. Dne 2. 12. 2021 obdržel zadavatel žádost o vysvětlení zadávacích podmínek následujícího znění (zadavatel ponechává znění žádosti v původním znění a označuje jej v následujícím textu kurzívou):

Dotaz:

Dobrý den,

ze zadávací dokumentace nám není zcela jasné kolik kusů jakého produktu požadujete dodat, resp. kolik má být celkem dodáno recirkulačních chladičů?

Dále prosíme o specifikaci požadovaného chladičího výkonu při udané teplotě pro chladič / chladiče. Zadání tuto informaci neobsahuje - požadavek na možnost připojení min. 2 odparek je otázka délky/počtu propojovacích hadic.

Odpověď zadavatele:

Zadavatel žádá dodat 2 kompletní sety, tj. 2 ks odparky a 2 ks chladičů. Zadavatel dále uvádí, že je zcela na odborném zvážení účastníka řízení, jaké technické řešení zadavateli nabídne. Zadavatel požaduje komplexní řešení pro možnost současného provozu minimálně 2 odparek při zachování optimální funkce chladiče. Chladič musí mít tedy dostatečný chladičího výkon, aby byly požadavky zadavatele beze zbytku splněny.

S ohledem na skutečnost, že zadavatel pouze upřesnil informace, které jsou součástí zadávací dokumentace a vysvětlení nemá vliv na okruh potenciální dodavatelů předmětu plnění veřejné zakázky, rozhodl se zadavatel setrvat na původní lhůtě pro podání nabídek, která je uvedena na profilu zadavatele na kartě předmětné veřejné zakázky.