

DORUČENO ELEKTRONICKY!V Brně dne 11. 4. 2012
č.j: MU/21478/2012/RMU**Věc: Dodatečné informace k zadávacím podmínkám veřejné zakázky s názvem „Centrifugy projektu CEITEC II.“**

Zadavatel shora uvedené zakázky obdržel dne 3. 4. 2012 žádost o dodatečné informace k zadávacím podmínkám, konkrétně k části 4 veřejné zakázky (Středně velká centrifuga s rotorem a příslušenstvím), následujícího znění:

„V požadovaných technických a funkčních vlastnostech požadujete parametr rychlost: 200 – 14 000 rpm. Vzhledem k tomu, že nikdo nepoužívá nastavení pro centrifugaci vzorků v rozmezí 200-500 ot/ min, bychom tímto rádi požádali o změnu toho požadovaného parametru následně: 500 – 14 000 rpm, tedy spodní mez pro rychlost na parametr 500 ot/ min.“

Zadavatel k uvedené žádosti poskytuje v souladu s ustanovením § 49 odst. 2 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen Zákon), následující dodatečnou informaci:

Při stanovení uvedeného rozsahu rychlosti centrifugy došlo k chybnému přepisu daného technického parametru. Správná hodnota činí **500 – 14 000 rpm**.

Za tuto nepřesnost se omlouváme a v příloze těchto dodatečných informací Vám poskytuje upravenou přílohu č. 1 zadávací dokumentace, kde je správná hodnota v příslušném listu červeně odlišena.

S pozdravem,

Mgr. Petr Jelínek
Centrální řídicí struktura projektu CEITEC
Masarykova univerzita

Příloha:

- soubor s aktualizovanou přílohou č. 1 zadávací dokumentace
„Ctrfg_Priloha_1_Technicke_podminky_final_upresneni_120411.xlsx“