

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

Brno, 12. dubna 2012
Č. j. MU/21465/2012/LF

Podlimitní veřejná zakázka zadávaná ve zjednodušeném podlimitním řízení
„**Mikroskopy pro LF MU II**“ – **dodatečné informace k zadávacím podmínkám č.1** - pro část č.5
veřejné zakázky

Vážená paní, vážený pane,
Masarykova univerzita, veřejná vysoká škola podle zákona č. 111/1998 Sb., nezapsaná v obchodním
rejstříku, se sídlem Žerotínovo nám. 9, 601 77 Brno (dále jen "**zadavatel**"), si dovoluje na základě
žádosti o dodatečné informace dle §49 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách vydat tuto
dodatečnou informaci k zadávacím podmínkám pro část 5 veřejné zakázky:

pro 5. část VZ: Sáňkový mikrotom

Otázka:

„Dobrý den,

dovoluji si Vás požádat o upřesnění specifikace na část 5 – Sáňkový mikrotom:

Možnost použití mikrotomových žiletek:

samořejmě, že lze vždy mikrotomové žiletky používat za předpokladu, že uživatel vlastní držák
žiletek. Otázkou je, zda požadujete v rámci zakázky dodat i držák mikrotomových žiletek (cena cca.
15 tis. Kč) a jestliže ano, tak který typ (držák s rychloupínáním žiletek, držák s upínáním žiletek
pomocí šroubů, jaké šíře apod.).

Držák na současné i starší typy bločků:

existuje univerzální držák (šroubovací upínání bločků – podobný tzv. neapolské svorce), který lze
použít na současné i starší typy bločků a pak existuje držák pouze pro upnutí kazet tzv.
rychloupínací držák kazet, který lze použít pouze na bločky, zalité v kazetách (otázkou je, co se
myslí slovem "starší bločky"). Dotaz zní: požadujete dodat oba typy držáku bločků (tzn. jak
univerzální držák tak i držák kazet) a nebo pouze univerzální šroubovací držák? Oby typy držáků
lze snadno uživatelsky měnit. Cena jednoho držáku komplet (tzn. rychlá a snadná výměna) je cca.
13 tis. Kč. Existuje pouze nástavec držáku, který se k vlastnímu tělu držáku musí přišroubovat.“

Odpověď:

Zadavatel se rozhodl upravit technickou specifikaci přístrojů uvedenou příloze C zadávací
dokumentace:



INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

Část 5 Sáňkový mikrotom

Technická specifikace

- sáňkový mikrotom
- ruční pohon
- posun hlavy s nožem na kuličkových ložiscích, bezúdržbový (bez nutnosti mazání)
- mechanický posuv vzorku
- stavitelná tloušťka řezu (cca 1 až 60 μm)
- nastavitelný krok dle tloušťky řezu (cca 0,5 až 5 μm)
- možnost použití mikrotomových žiletek,
- držák na současné i starší typy bločků
- **součástí dodávky bude:**
 - držák s rychloupínáním žiletek pro žiletky typu „S35“
 - držák pro upínání kazet typu „Standard“
 - držák na plastové nekazetové bločky - velikost 2 x 2,4 cm
- mikrotom bude určený také pro krájení starších případů ze sbírek - pro výuku, u kterých se používají plastové bločky

Ostatní zadávací podmínky veřejné zakázky zůstávají nezměněny.

S pozdravem

prof. MUDr. Jiří Mayer, CSc.
děkan LF MU

v.z. pro účely el. podpisu
Jitka Smutná
manažerka veřejných zakázek