

Podlimitní veřejná zakázka zadávaná ve zjednodušeném podlimitním řízení

„Mikroskopy pro LF MU“

část č. 1 VZ: Studentské laboratorní mikroskopy

Vysvětlení, změna, doplnění zadávací dokumentace č. 1

Vážený pane, vážená paní,

Masarykova univerzita, Lékařská fakulta, Kamenice 753/5, 625 00 Brno, IČ 00216224, fakulta veřejné vysoké školy podle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, v platném znění, nezapsaná v obchodním rejstříku (dále jen „zadavatel“), si dovoluje analogicky ustanovení § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „ZZVZ“), vysvětlit, změnit nebo doplnit zadávací dokumentaci této veřejné zakázky

Dne 4.4.2022 byly zadavateli v souladu se zadávacími podmínkami prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK doručeny žádosti dodavatele o vysvětlení, změnu, doplnění zadávací dokumentace následujícího znění:

- 1) *Je uvedeno "Kondenzor s výklopnou čočkou pro malá zvětšení. Abbeho kondenzor s nastavitelnou výškou a vystředěním kondenzoru".*

Přijme Zadavatel řešení s Abbeho kondenzorem bez výklopné čočky, který pokrývá všechna požadovaná zvětšení objektivů (4x-60x)?

Řešení s kondenzorem s výklopnou čočkou by znamenalo nutnost manipulace s kondenzorem pro objektiv 4x a tím snížení komfortu práce.

- 2) *Je uvedeno "Binokulární tubus ergonomický". Co přesně se rozumí pojmem "ergonomický"? Někdy je tím míněn jen určitý sklon či rozteč okulárů, jindy možnost nastavení úhlu, výšky nebo délky tubusu, případně kombinace více možností nastavení. Prosíme o upřesnění.*

Na základě výše uvedených dotazů se zadavatel rozhodl poskytnout následující odpovědi:

1) Dotaz č. 1:

Je uvedeno "Kondenzor s výklopnou čočkou pro malá zvětšení. Abbeho kondenzor s nastavitelnou výškou a vystředěním kondenzoru".

Přijme Zadavatel řešení s Abbeho kondenzorem bez výklopné čočky, který pokrývá všechna požadovaná zvětšení objektivů (4x-60x)?

Řešení s kondenzorem s výklopnou čočkou by znamenalo nutnost manipulace s kondenzorem pro objektiv 4x a tím snížení komfortu práce.

Odpověď zadavatele:

Zadavatel se po podrobném posouzení stanovených technických podmínek rozhodl v rámci vymezení technických podmínek této veřejné zakázky vyhovět žádosti dodavatele a umožnit nabídnout zařízení s kondenzorem bez výklopné čočky, pokrývající požadovaná zvětšení.

Zadavatel nově stanovil (vymezil) technické podmínky pro dotčené parametry (stanovené technické podmínky) požadovaného přístroje následujícím způsobem:

Kondenzor pro malá zvětšení. Abbeho kondenzor s nastavitelnou výškou a vystředěním kondenzoru	ANO, s výklopnou čočkou nebo i bez výklopné čočky, pokrývající požadovaná zvětšení
--	---

2) Dotaz č. 2:

Je uvedeno "Binokulární tubus ergonomický". Co přesně se rozumí pojmem "ergonomický"? Někdy je tím míněn jen určitý sklon či rozteč okulárů, jindy možnost nastavení úhlu, výšky nebo délky tubusu, případně kombinace více možností nastavení. Prosíme o upřesnění.

Odpověď zadavatele:

Zadavatel se po podrobném posouzení stanovených technických podmínek rozhodl v rámci vymezení technických podmínek poskytnout tuto odpověď na vznesený dotaz:

ergonomickým tubusem je myšlen tubus s možností nastavení minimálně úhlu tubusu a délky /vysunutí (extenze) okulárů, tj. kombinace. Pojem "ergonomický tubus" není pouze roztečí okulárů nebo fixním úhlem tubusu pokryt, například nastavitelná rozteč okulárů je specifikována dále v technických podmínkách.

Zadavatel pro vyloučení všech pochybností nově stanovil (vymezil) technické podmínky pro dotčené parametry (stanovené technické podmínky) požadovaného přístroje následujícím způsobem:

Binokulární tubus ergonomický	minimálně nastavení úhlu tubusu a délky /vysunutí (extenze) okulárů, tj. kombinace
Nastavení mezioční vzdálenosti	minimálně v rozsahu 50-75 mm

3) Zadavatel jako přílohu tohoto dokumentu o vysvětlení, změně, doplnění zadávací dokumentace přikládá upravený (nový) dokument „Technické podmínky a „Technická specifikace nabízeného plnění“ - přílohy č.1 návrhu smlouvy zohledňující výše uvedené upřesnění/ doplnění zadavatele.

Účastník pro zpracování nabídky použije tyto výše uvedené upravené (nové) dokumenty.

4) V návaznosti na výše uvedené poskytnutí vysvětlení, změnu, doplnění zadávací dokumentace se zadavatel rozhodl prodloužit lhůtu pro podání nabídek této veřejné zakázky.

Původní lhůta pro podání nabídek, tj. do 14. 4. 2022 do 13:00 hod. se prodlužuje do 25.4. 2022 do 13:00 hod.

5) Ostatní zadávací podmínky této veřejné zakázky zůstávají beze změn

S pozdravem

prof. MUDr. Martin Repko, Ph.D.
děkan LF MU

v.z. pro účely el. podpisu
Ing. Marek Buriška
manažer veřejných zakázek

Přílohy:

- 1) Technické podmínky a Technická specifikace nabízeného plnění - přílohy č. 1 návrhu smlouvy - ze dne 5.4.2022