

Podlimitní veřejná zakázka zadávaná ve zjednodušeném podlimitním řízení

„Mikroskopy pro LF MU“

část č. 1 VZ: Studentské laboratorní mikroskopy

Vysvětlení, změna, doplnění zadávací dokumentace č. 2

Vážený pane, vážená paní,

Masarykova univerzita, Lékařská fakulta, Kamenice 753/5, 625 00 Brno, IČ 00216224, fakulta veřejné vysoké školy podle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, v platném znění, nezapsaná v obchodním rejstříku (dále jen „zadavatel“), si dovoluje analogicky ustanovení § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „ZZVZ“), vysvětlit, změnit nebo doplnit zadávací dokumentaci této veřejné zakázky

Dne 14.4.2022 byly zadavateli v souladu se zadávacími podmínkami prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK doručeny žádosti dodavatele o vysvětlení, změnu, doplnění zadávací dokumentace následujícího znění:

1) Dotaz č. 1:

Ergonomické tubusy jsou určeny pro pohodlné pozorování uživatele z hlediska výšky očí. Měly by umožňovat především vertikální nastavení, aby každý pozorovatel, tedy student, si nastavil tubus podle své výšky. Úhlové či dopředné nastavení nezohledňuje výšku pozorovatele tolik, jako výškové. Z tohoto důvodu bychom se s dovolením zeptali, zdali zadavatel uzná ergono-mický tubus s výškovým nastavením

2) Dotaz č. 2:

Zadavatel v požadavku u ostření zmiňuje nezávislé hrubé a jemné ostření. Tímto typem ostření disponují pouze japonské výrobci. Evropské výrobce tuto funkci mají naopak závislou, díky tomu lze například přesněji měřit výška preparátu. Závislé nebo nezávislé ostření nemá žádný vliv na kvalitu obrazu či funkci mikroskopu. Uzná zadavatel i evropský typ ostření?

Na základě výše uvedených dotazů se zadavatel rozhodl poskytnout následující odpovědi:

1) Dotaz č. 1:

Ergonomické tubusy jsou určeny pro pohodlné pozorování uživatele z hlediska výšky očí. Měly by umožňovat především vertikální nastavení, aby každý pozorovatel, tedy student, si nastavil tubus podle své výšky. Úhlové či dopředné nastavení nezohledňuje výšku pozorovatele tolik, jako výškové. Z tohoto důvodu bychom se s dovolením zeptali, zdali zadavatel uzná ergonomický tubus s výškovým nastavením

Odpověď zadavatele:

Zadavatel se po podrobném posouzení stanovených technických podmínek rozhodl v rámci vymezení technických podmínek této veřejné zakázky vyhovět žádosti dodavatele.

Zadavatel nově stanovil (vymezil) technické podmínky pro dotčené parametry (stanovené technické podmínky) požadovaného přístroje následujícím způsobem:

Binokulární tubus ergonomický	nastavení úhlu nebo výšky tubusu – mikroskop musí disponovat alespoň jednou z možností
možnost vysunutí (extenze) okulárů – není podmínkou	pouze Informativní charakter - dodavatel je povinen vyplnit bližší informace

2) Dotaz č. 2:

Zadavatel v požadavku u ostření zmiňuje nezávislé hrubé a jemné ostření. Tímto typem ostření disponují pouze japonské výrobci. Evropské výrobce mají naopak závislou, díky tomu lze například přesněji měřit výška preparátu. Závislé nebo nezávislé ostření nemá žádný vliv na kvalitu obrazu či funkci mikroskopu. Uzná zadavatel i evropský typ ostření?

Odpověď zadavatele:

Zadavatel se po podrobném posouzení stanovených technických podmínek rozhodl v rámci vymezení technických podmínek této veřejné zakázky vyhovět žádosti dodavatele a pro vyloučení všech pochybností vypustit z technických podmínek požadavek na „nezávislé“ ostření.

Zadavatel pro vyloučení všech pochybností nově stanovil (vymezil) technické podmínky pro dotčené parametry (stanovené technické podmínky) požadovaného přístroje následujícím způsobem:

Nastavování tuhosti posunu v X a Y ose Koaxiální hrubé a jemné ostření s nastavitelnou tuhostí	ANO
---	-----

3) Zadavatel jako přílohu tohoto dokumentu o vysvětlení, změně, doplnění zadávací dokumentace přikládá upravený (nový) dokument „Technické podmínky a „Technická specifikace nabízeného plnění“ - přílohy č. 1 návrhu smlouvy zohledňující výše uvedené upřesnění/ doplnění zadavatele.

Účastník pro zpracování nabídky použije tyto výše uvedené upravené (nové) dokumenty.

4) V návaznosti na výše uvedené poskytnutí vysvětlení, změnu, doplnění zadávací dokumentace se zadavatel rozhodl prodloužit lhůtu pro podání nabídek této veřejné zakázky.

Původní lhůta pro podání nabídek, tj. do 25. 4. 2022 do 13:00 hod. se prodlužuje do 5.5. 2022 do 13:00 hod.

5) Ostatní zadávací podmínky této veřejné zakázky zůstávají beze změn

S pozdravem

prof. MUDr. Martin Repko, Ph.D.
děkan LF MU

v.z. pro účely el. podpisu
Ing. Marek Buriška
manažer veřejných zakázek

Přílohy:

- 1) Technické podmínky a Technická specifikace nabízeného plnění - přílohy č. 1 návrhu smlouvy - ze dne 19.4.2022