

Všem zájemcům o veřejnou zakázku

Vyřizuje/tel.

Mgr. Michal Boroš / +420 549 49 3220

V Brně, dne 21. 4. 2022

Věc: Veřejná zakázka: 3 ks Dewarových nádob pro skladování a transport kapalného dusíku v objemu 240 - 400 l**Vysvětlení zadávací dokumentace (1)**

Zadavatel poskytuje všem dodavatelům, kteří požádali o vysvětlení zadávací dokumentace nebo kterým byla zadávací dokumentace poskytnuta, případně jiným dodavatelům, kteří vznesli dotaz k zadávacím podmínkám, vysvětlení zadávací dokumentace. Vysvětlení zadávací dokumentace je poskytováno na základě dotazů dodavatelů (dotaz – odpověď) nebo informací poskytovaných zadavatelem (sdělení). Formulace dotazů dodavatelů je doslovně převzata.

Zadavatel obdržel dotazy od dodavatele dne 21.04.2022 11:07:21.

Dotaz č. 1:

Vážení, v tabulce technické specifikace u parametru "odpar" požaduje zadavatel max. 1% za 24 hodin. Máme dotaz, zda bude zadavatel akceptovat max. odpar 1,4% za 24 hodin. Domníváme se, že uvedenou maximální hodnotu 1% nesplní žádný výrobce. Děkujeme za odpověď.

Odpověď č. 1:

Zadavatel uvádí, že mění znění ř. 10 přílohy č. 1 zadávací dokumentace – Technická specifikace. Nové znění předmětného řádku zní: "max. 1,5% za 24 hodin." Zadavatel uveřejňuje nové znění předmětného dokumentu pod názvem souboru **01_TS_DN_v1.xls**.

Sdělení č. 1:

Zadavatel dále uvádí, že mění znění ř. 8 přílohy č. 1 zadávací dokumentace – Technická specifikace. Nové znění předmětného řádku zní: "240 - 400 l." Zadavatel uveřejňuje nové znění předmětného dokumentu pod názvem souboru **01_TS_DN_v1.xls**.

Sdělení č. 2:

Zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídek do 2. 5. 2022, 10:00 hod. Zadavatel dále uvádí, že **ostatní ustanovení zadávací dokumentace včetně všech jejích příloh zůstávají beze změn.**

manažer veřejných zakázek