

Veřejná zakázka malého rozsahu zadávaná mimo režim zákona

„Centrifugy pro LF MU“

část č. 1 VZ: Univerzální stolní chlazená centrifuga

Vysvětlení, změna, doplnění zadávací dokumentace č. 1

Vážený pane, vážená paní,

Masarykova univerzita, Lékařská fakulta, Kamenice 753/5, 625 00 Brno, IČ 00216224, fakulta veřejné vysoké školy podle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, v platném znění, nezapsaná v obchodním rejstříku (dále jen „zadavatel“), si dovoluje analogicky ustanovení § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „ZZVZ“), vysvětlit, změnit nebo doplnit zadávací dokumentaci této veřejné zakázky

Dne 21.4.2022 byly zadavateli v souladu se zadávacími podmínkami prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK doručeny žádosti dodavatele o vysvětlení, změnu, doplnění zadávací dokumentace následujícího znění:

- 1) *mám dotaz k technickým požadavkům na centrifugu a příslušenství.*

Zadavatel požaduje již vysokokapacitní univerzální chlazenou centrifugu, která standardně má vyšší hmotnost cca 80-120 kg.

Zadavatel požaduje možnost rozšíření centrifugy o tak široké příslušenství, že tím limituje možnost podání nabídky pro plánovou dodávku. Tato poslední podmínka se jeví jako účelová.

Žádám zadavatele, aby podmínku pro zaručenou možnost tak širokého příslušenství zrušila.

Na základě výše uvedených dotazů se zadavatel rozhodl poskytnout následující odpovědi:

- 1) **Dotaz č. 1:**

mám dotaz k technickým požadavkům na centrifugu a příslušenství.

Zadavatel požaduje již vysokokapacitní univerzální chlazenou centrifugu, která standardně má vyšší hmotnost cca 80-120 kg.

Zadavatel požaduje možnost rozšíření centrifugy o tak široké příslušenství, že tím limituje možnost podání nabídky pro plánovou dodávku. Tato poslední podmínka se jeví jako účelová.

Žádám zadavatele, aby podmínku pro zaručenou možnost tak širokého příslušenství zrušila.

Odpověď zadavatele:

Zadavatel se po podrobném posouzení stanovených technických podmínek rozhodl v rámci vymezení technických podmínek této veřejné zakázky nevyhovět žádosti dodavatele.

Zadavatel se důrazně ohrazuje vůči tvrzení dodavatele, že by nastavení podmínek výběrového řízení mohlo být účelové. Zadavatel při stanovení zadávacích podmínek vycházel primárně ze svých potřeb a laboratorní praxe, kterou má nastavenou na základě svých dlouholetých zkušeností. Zadavatel ujišťuje dodavatele, že zná své provozní potřeby, pro které je dané zařízení pořízováno, a pro které je plánováno ho využít a tyto skutečnosti zohlednil ve stanovených zadávacích, resp. technických podmínkách.

- 2) **Zadávací podmínky této veřejné zakázky zůstávají beze změn**

S pozdravem

prof. MUDr. Martin Repko, Ph.D.
děkan LF MU

v.z. pro účely el. podpisu
Ing. Marek Buriška
manažer veřejných zakázek