

Veřejná zakázka malého rozsahu zadávaná mimo režim zákona

„Centrifugy pro LF MU“

část č. 2 VZ: Chlazená mikrocentrifuga

Vysvětlení, změna, doplnění zadávací dokumentace č. 2

Vážený pane, vážená paní,

Masarykova univerzita, Lékařská fakulta, Kamenice 753/5, 625 00 Brno, IČ 00216224, fakulta veřejné vysoké školy podle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, v platném znění, nezapsaná v obchodním rejstříku (dále jen „zadavatel“), si dovoluje analogicky dle ustanovení § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „ZZVZ“), vysvětlit, změnit nebo doplnit zadávací dokumentaci této veřejné zakázky

Dne 22.4. a 26.4.2022 byly zadavateli v souladu se zadávacími podmínkami prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK doručeny žádosti dodavatele o vysvětlení, změnu, doplnění zadávací dokumentace následujícího znění:

- 1) Akceptuje zadavatel centrifugu o hmotnosti do 60 kg?

Protože požadavek na 40 kg není realný vzhledem k požadavku na chlazení a výkon otáček.

- 2) Dále požaduje zadavatel skutečně výkyvný rotor na 24x1,5/2,0 ml zkumavky? Domníváme se, že zde vzhledem k povaze zařízení má být zde úhlový rotor který je vhodnější.

Akceptuje tedy zadavatel úhlový rotor o kapacitě 24x1,5/2,0 ml který lze plně využít na max výkon zařízení?

Výkyvné rotory totiž nelze využít pro 15 000 ot. které jsou požadované u zařízení.

- 3) je pro vás přípustné nabídnutí zařízení splňující vaše všechny technické parametry, které má hmotnost 42 kg?

Na základě výše uvedených dotazů se zadavatel rozhodl poskytnout následující odpovědi:

- 1) **Dotaz č. 1 a č.3:**

Ad 1) Akceptuje zadavatel centrifugu o hmotnosti do 60 kg?

Protože požadavek na 40 kg není realný vzhledem k požadavku na chlazení a výkon otáček.

Ad 3) je pro vás přípustné nabídnutí zařízení splňující vaše všechny technické parametry, které má hmotnost 42 kg?

Odpověď zadavatele:

Zadavatel se po podrobném posouzení stanovených zadávacích podmínek rozhodl v rámci vymezení technických podmínek této veřejné zakázky upravit stanovené technické podmínky.

Zadavatel zvážil nastavení technických podmínek, konkrétně požadavku na maximální hmotnost a nově stanovil na max. 45 kg. Vyšší hmotnost zadavatel nebude akceptovat

Zadavatel nově stanovil (vymezil) technické podmínky pro dotčené parametry (stanovené technické podmínky) požadovaného přístroje následujícím způsobem:

Hmotnost	maximálně 45 kg
----------	-----------------

2) Dotaz č. 2:

Dále požaduje zadavatel skutečně výkyvný rotor na 24x1,5/2,0 ml zkumavky? Domníváme se, že zde vzhledem k povaze zařízení má být zde úhlový rotor který je vhodnější.

Akceptuje tedy zadavatel úhlový rotor o kapacitě 24x1,5/2,0 ml který lze plně využít na max výkon zařízení?

Výkyvné rotory totiž nelze využít pro 15 000 ot. které jsou požadované u zařízení.

Odpověď zadavatele:

Zadavatel se po podrobném posouzení stanovených technických podmínek rozhodl v rámci vymezení technických podmínek, na základě dotazu dodavatele změnit stanovené požadavky a místo výkyvného rotoru požadovat úhlový rotor.

Zadavatel nově stanovil (vymezil) technické podmínky pro dotčené parametry (stanovené technické podmínky) požadovaného přístroje následujícím způsobem:

Součástí dodávky musí být 1ks úhlový rotor s kapacitou 24 zkumavek o objemu 1,5/2ml. Pokud je třeba pro použití daných zkumavek nějaký adapter, musí být součástí příslušenství.	ANO
--	-----

3) Zadavatel jako přílohu tohoto dokumentu o vysvětlení, změně, doplnění zadávací dokumentace přikládá upravený (nový) dokument „Technické podmínky a „Technická specifikace nabízeného plnění“ - přílohy č.1 návrhu smlouvy zohledňující výše uvedené upřesnění/doplnění zadavatele.

Účastník pro zpracování nabídky použije tyto výše uvedené upravené (nové) dokumenty.

4) V návaznosti na výše uvedené poskytnutí vysvětlení, změnu, doplnění zadávací dokumentace se zadavatel rozhodl prodloužit lhůtu pro podání nabídek této veřejné zakázky.

Původní lhůta pro podání nabídek, tj. do 5. 5. 2022 do 13:00 hod. se prodlužuje do 9.5. 2022 do 13:00 hod.

5) Ostatní zadávací podmínky této veřejné zakázky zůstávají beze změn

S pozdravem

prof. MUDr. Martin Repko, Ph.D.
děkan LF MU

v.z. pro účely el. podpisu
Ing. Marek Buriška
manažer veřejných zakázek

Přílohy:

- 1) Technické podmínky a Technická specifikace nabízeného plnění - přílohy č. 1 návrhu smlouvy - ze dne 27.4.2022