

Veřejná zakázka malého rozsahu zadávaná mimo režim zákona

„Hlubokomrazící boxy pro LF MU“

část č. 1 VZ: Hlubokomrazící box pro Pediatrickou kliniku

Vysvětlení, změna, doplnění zadávací dokumentace č. 1

Vážený pane, vážená paní,

Masarykova univerzita, Lékařská fakulta, Kamenice 753/5, 625 00 Brno, IČ 00216224, fakulta veřejné vysoké školy podle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, v platném znění, nezapsaná v obchodním rejstříku (dále jen „zadavatel“), si dovoluje analogicky ustanovení § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „ZZVZ“), vysvětlit, změnit nebo doplnit zadávací dokumentaci této veřejné zakázky

Dne 24.5.2022 byly zadavateli v souladu se zadávacími podmínkami prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK doručeny žádosti dodavatele o vysvětlení, změnu, doplnění zadávací dokumentace následujícího znění:

v části č. 1 VZ: Hlubokomrazící box pro Pediatrickou kliniku požadujete minimální objem 80 litrů, kapacita minimálně 40 ks standardních 2“ krabiček.

Budu zadavatel akceptovat hlubokomrazící box s menším objemem boxu, při splnění požadavku kapacity 40 ks standardních 2“ krabiček?

Na základě výše uvedených dotazů se zadavatel rozhodl poskytnout následující odpovědi:

1) Dotaz č. 1:

v části č. 1 VZ: Hlubokomrazící box pro Pediatrickou kliniku požadujete minimální objem 80 litrů, kapacita minimálně 40 ks standardních 2“ krabiček.

Budu zadavatel akceptovat hlubokomrazící box s menším objemem boxu, při splnění požadavku kapacity 40 ks standardních 2“ krabiček?

Odpověď zadavatele:

Zadavatel se po podrobném posouzení stanovených technických podmínek rozhodl v rámci vymezení technických podmínek této veřejné zakázky nevyhovět žádosti dodavatele.

Zadavatel vymezil požadavek na vnitřní objem na minimálně 80 litrů a kapacitu na minimálně 40 standardních krabiček 2“, obě tyto podmínky musí být současně splněny.

2) Zadávací podmínky této veřejné zakázky zůstávají beze změn

S pozdravem

prof. MUDr. Martin Repko, Ph.D.
děkan LF MU

v.z. pro účely el. podpisu
Ing. Marek Buriška
manažer veřejných zakázek