

Veřejná zakázka malého rozsahu zadávaná mimo režim zákona

„Hlubokomrazicí boxy pro LF MU“

část č. 1 VZ: Hlubokomrazicí box pro Pediatrickou kliniku

Vysvětlení, změna, doplnění zadávací dokumentace č. 3

Vážený pane, vážená paní,

Masarykova univerzita, Lékařská fakulta, Kamenice 753/5, 625 00 Brno, IČ 00216224, fakulta veřejné vysoké školy podle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, v platném znění, nezapsaná v obchodním rejstříku (dále jen „zadavatel“), si dovoluje analogicky ustanovení § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „ZZVZ“), vysvětlit, změnit nebo doplnit zadávací dokumentaci této veřejné zakázky

Dne 26.5.2022 byly zadavateli v souladu se zadávacími podmínkami prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK doručeny žádosti dodavatele o vysvětlení, změnu, doplnění zadávací dokumentace následujícího znění:

1. je pro vás přípustné nabídnutí hlubokomrazicího boxu pro Pediatrickou kliniku, které má následující parametr?

Nastavení teploty v rozsahu -55°C až -90°C a má udržitelnou dlouhodobě teplotu (garance vnitřní teploty)-80°C i při teplotě okolí +30°C?

Na základě výše uvedených dotazů se zadavatel rozhodl poskytnout následující odpovědi:

- 1) **Dotaz č. 1:**

Nastavení teploty v rozsahu -55°C až -90°C a má udržitelnou dlouhodobě teplotu (garance vnitřní teploty)-80°C i při teplotě okolí +30°C?

Odpověď zadavatele:

Zadavatel se po podrobném posouzení stanovených technických podmínek rozhodl v rámci vymezení technických podmínek této veřejné zakázky vyhovět žádosti dodavatele.

Zadavatel nově stanovil (vymezil) technické podmínky pro dotčené parametry (stanovené technické podmínky) požadovaného přístroje následujícím způsobem:

nastavení teploty	v rozsahu minimálně -60°C až -85°C
-------------------	------------------------------------

- 2) **Zadavatel jako přílohu tohoto dokumentu o vysvětlení, změně, doplnění zadávací dokumentace přikládá upravený (nový) dokument „Technické podmínky a „Technická specifikace nabízeného plnění“ - přílohy č.1 návrhu smlouvy zohledňující výše uvedené upřesnění/ doplnění zadavatele.**

Účastník pro zpracování nabídky použije tyto výše uvedené upravené (nové) dokumenty.

- 3) V návaznosti na výše uvedené poskytnutí vysvětlení, změnu, doplnění zadávací dokumentace se zadavatel rozhodl prodloužit lhůtu pro podání nabídek této veřejné zakázky.

Původní lhůta pro podání nabídek, tj. do 6. 6. 2022 do 13:00 hod. se prodlužuje do 10.6. 2022 do 13:00 hod.

4) **Ostatní zadávací podmínky této veřejné zakázky zůstávají beze změn**

S pozdravem

prof. MUDr. Martin Repko, Ph.D.
děkan LF MU

v.z. pro účely el. podpisu
Ing. Marek Buriška
manažer veřejných zakázek

Přílohy:

- 1) Technické podmínky a Technická specifikace nabízeného plnění - přílohy č. 1 návrhu smlouvy - ze dne 27.5.2022